

武山县城关镇卫生院视力筛查仪采购项目

供货合同

合同备案号:2023HTBA00285

采购人:武山县城关镇卫生院

供应商:兰州琼立医疗器械有限公司

代理机构:甘肃子辰建设工程管理有限公司



合同条款

签订地点：武山县城关镇卫生院

签订时间：2023年 12月 4日

采购人（甲方）：武山县城关镇卫生院

供应商（乙方）：兰州琼立医疗器械有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》第三编合同中规定，甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

序号	物资名称	品牌、规格型号	生产（加工、制造）单位	单位	数量	单价	总价	备注
1	手持视力筛查仪	万灵 SL-100	万灵帮桥医疗器械（广州）有限责任公司	台	1	168000.00	168000.00	
合计：¥168000.00 元（大写：人民币壹拾陆万捌仟元整）								

二、履行合同的时间、地点及方式：

合同生效之后，货物必须按照买方要求的具体时间运到买方指定的地点（武山县城关镇卫生院内），运送、供货全过程的装卸费用均由成交供应商承担。

三、付款方式：

货物运送到采购人规定的地点，安装调试并经验收合格后，甲方收到乙方提供正式税务发票，付合同总金额的 95%，剩余 5%质保期后一次性无息付清。

四、解决合同纠纷方式

1、首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐向人民法院提起诉讼回 ☒提请仲裁。

2、上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

3、乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料、随机工具等交付给甲方。货物及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文和/或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示仪器的型号、规格、制造商。

六、安装、调试、培训及验收

1. 乙方必须自行将设备直接运送至购买方指定地点，并按本合同技术规格、技术规范的要求负责运行调试，提交符合验收办法和技术指标的现场调试数据，以作为设备验收的依据，并将设备调整到最佳状态。

2. 乙方对甲方现场进行详细考察，完全了解场地的状况及环境要求。并承诺不因上述原因对甲方索赔。

3. 乙方负责提供现场操作及维修保养的培训。货物到场后，乙方负责处理货物质量和数量短缺等问题。乙方组织调试所需费用（包括安全保险、劳务支出、住勤等一切费用）均由乙方负责。

4. 货物必须在调试后，同时现场对使用人员进行操作使用培训，培训至科室所有工作人员能熟练操作该设备为止，并有使用单位的签字证明，作为交付使用验收的一部分。

5. 甲乙双方按招标文件、报价文件、合同及有关附件对全部产品及其型号、规格、数量、外型、外观、包装、资料文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

6. 如商检或系统测试中发现货物的性能指标或功能不符合相关要求，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求乙方赔偿其损失。

7. 因货物的质量问题发生争议，由甘肃省或陇南市质检部门进行质量鉴定。甲乙双方认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，甘肃省质检部门与陇南市质检部门的鉴定结论不一致的，以甘肃省质检部门的鉴定结论为准。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

8. 遵守双方安装现场要求，需要对甲方安装现场进行改动的，应当征得甲方同意，安装后要恢复原状，由此产生的费用由乙方承担。

七、质保期及售后服务

1. 所有产品均由乙方提供 24 个月免费保修，即对售出的医疗器械 24 个月内发生任何故障均给予免费更换部件或整体（人为除外），对在 24 个月后发生的故障乙方维修时只收取成本费用。保修期自甲乙双方代表在货物验收单上签字之日起计算。

2. 质保期为项目验收合格，由甲乙双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算。乙方对项目货物及服务在质保期内实行包修、包换、包退等服务。

3. 在质保期内如有货物或部件不能使用需更换,则该部分货物或部件质保期相应延长。

4. 维修响应时间:每天 8:00-18:00, 保证在响应后 12 小时内排除故障。

八、违约责任

1. 乙方未按要求履行合同义务时,甲方有权拒绝验收,且乙方须向甲方支付合同金额 5% 的违约金;逾期交付的货物或工程,从逾期之日起每日按合同总额的 5% 的数额向甲方另加付违约金;逾期超过 20 日以上时,甲方有权终止合同,由此造成的经济损失由乙方承担

2. 甲方未按要求履行合同义务时,且无正当理由拖延付款时,甲方需向乙方支付滞纳金标准为每日按违约总额的 5%。累计,由此造成的乙方的一切经济损失由甲方承担。

3. 除发生不可抗力事实外,乙方应按合同规定时间按时交货,如不能,采购方则按每天合同金额的 1%向乙方收取滞纳金。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、合同生效

本合同在甲乙双方代表或其授权代理人签字盖章后之日起生效

十一、其它

1. 投标文件和招标文件、合同的附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力和履约义务,其生效日期为签字盖章确认之日期。

2. 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

3. 未经甲方书面同意,乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4. 本合同一式陆份，其中，买方贰份，卖方贰份，监督方壹份，招标代理机构壹份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

买方（盖章）：武山县城关镇卫生院 地址： 电话： 传真：	卖方（盖章）：兰州琼立医疗器械有限公司 地址：甘肃省兰州市七里河区工林路 693 号 忠华产业园 1 幢 101 号。 电话：0931-2621056 传真：0931-2621056
甲方代表人： 日期：2023.12.4	乙方代表人： 日期：2023.12.4
账 号： 开户行：	账 号：020440122000003238 开户行：兰州农村商业银行股份有限公司金港城支行
采购代理机构：甘肃子辰建设工程管理有限公司 盖 章： 地 址： 电 话： 招标代理机构代表（签字或盖章）：峰孙静	监督单位： 盖 章： 地 址： 电 话： 传 真： 日 期：2023.12.4,

武山县城关镇卫生院视力筛查仪采购项目

成交公告



甘肃子辰建设工程管理有限公司受武山县城关镇卫生院的委托，对武山县城关镇卫生院视力筛查仪采购项目以询价形式进行采购，询价小组于2023年12月01日确定评标结果。现将成交结果公布如下：

一、询价文件编号：ZCXJ2023-015

二、询价公告日期：2023年11月20日

三、成交日期：2023年12月01日

四、采购预算价：17万元

五、成交内容：

序号	名称	单位	数量	品牌/规格/型号	单价（元）	合价（元）	生产厂家
1	手持视力筛查仪	台	1	万灵 SL-100	168000.00	168000.00	万灵帮桥医疗器械（广州）有限责任公司
投标总价		¥168000.00元（大写人民币：壹拾陆万捌仟元整）					

六、成交供应商名称、地址：

中标人：兰州琼立医疗器械有限公司

地址：甘肃省兰州市七里河区工林路603号忠华产业园1幢101号

中标金额：¥168000.00元（大写人民币：壹拾陆万捌仟元整）

七、成交公示期：自本公告发布之日起1个工作日

八、项目用途、技术要求合同履行日期：

项目用途：武山县城关镇卫生院视力筛查仪采购项目相关要求，符合现行国家标准。

技术要求：达到国家规定标准

合同履行日期：自本公告之日起30天。

九、代理服务费收取标准

收取标准：参照《计价格（2002）1980号》和发改办价格[2003]857号文收费标准收取，由成交供应商支付。

十、询价小组成员名单：

王世禄 王强 段宝霞

十一、联系方式：

采购人：武山县城关镇卫生院

联系人：张维维

联系电话：13893886231

采购代理机构：甘肃子辰建设工程有限公司

联系人：马英

联系电话：18919229376

地址：甘肃省天水市罗玉小区春风佳苑3号楼一单元1801室


甘肃子辰建设工程有限公司
2023年5月10日

六、技术规格响应表

项目名称：武山县城关镇卫生院视力筛查仪采购项目

询价文件编号：ZCXJ2023-015

序号	★1 询价文件技术要求	★2 投标货物实际参数	响应/偏离	备注
1	1、适用对象：6个月-100岁。	适用对象：6个月-100岁。	响应	
2	2、筛查内容：近视、远视、散光、屈光参差、眼位变化、瞳孔大小及间距、斜视及斜视角度、上睑下垂等。对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估。	筛查内容：近视、远视、散光、屈光参差、眼位变化、瞳孔大小及间距、斜视及斜视角度、上睑下垂等。对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估。	响应	
3	3、测量方式：双眼同时进行测量，也可对单眼进行测量。双眼及单眼模式可以任意切换。	测量方式：双眼同时进行测量，也可对单眼进行测量。双眼及单眼模式可以任意切换。	响应	
4	▲4、测量范围：-10.50D≤球镜度数≤+7.50D；-3.00D≤柱镜度数测量范围≤+3.00D；1°≤轴位 Axis≤180°。	测量范围：-10.50D 球镜度数+7.50D；-3.00D 柱镜度数测量范围+3.00D；1° 轴位 Axis180°。	响应	
5	5、平均测量时间：1S；测量距离：1M 左右。	平均测量时间：1S；测量距离：1M 左右。	响应	
6	▲6、设备敏感度≥90%，特异性高于 90%	设备敏感度≥90%，特异性高于 90%	响应	
7	7、被测者距离提示：有数值显示来确定测试距离的功能，并且系统能主动提示测距过远或过近。	被测者距离提示：有数值显示来确定测试距离的功能，并且系统能主动提示测距过远或过近。	响应	
8	8、注视方式：灯光及卡通音乐音效，能吸引受测者注意力集中。	注视方式：灯光及卡通音乐音效，能吸引受测者注意力集中。	响应	
9	9、数据接口：Wi-Fi / USB / 蓝牙；打印机接口：Wi-Fi。	数据接口：Wi-Fi / USB / 蓝牙；打印机接口：Wi-Fi。	响应	
10	10、人体工程学设计：45°前倾操作屏幕，方便使用者以任何姿势操作，方便观察结果。	人体工程学设计：45°前倾操作屏幕，方便使用者以任何姿势操作，方便观察结果。	响应	

	彩色触摸显示屏,屏幕尺寸≥5.0 英寸	彩色触摸显示屏,屏幕尺寸 5.0 英寸	
11	11、具备个体筛查和批量筛查模式。	具备个体筛查和批量筛查模式。	响应
12	12、信息录入: 主机触屏录入、扫码录入、批量导入。可直接在主机上输入中文个人信息。	信息录入: 主机触屏录入、扫码录入、批量导入。可直接在主机上输入中文个人信息。	响应
13	13、能电脑批量导入、导出受测者信息,生成每位受测者对应二维码,便于数据统计及后台上传筛查结果,提高筛查效率。	能电脑批量导入、导出受测者信息,生成每位受测者对应二维码,便于数据统计及后台上传筛查结果,提高筛查效率。	响应
14	14、需内置筛查专业软件,软件可对接云端数据处理系统。检测结果可通过网页端、软件端进行统计、上传及推送,使检测结果实现可追溯性。为医生、患者创建电子档案,实现信息共享和实时追踪。	需内置筛查专业软件,软件可对接云端数据处理系统。检测结果可通过网页端、软件端进行统计、上传及推送,使检测结果实现可追溯性。为医生、患者创建电子档案,实现信息共享和实时追踪。	响应
15	15、打印报告形式: 便签打印报告或 A4 彩色图文报告	打印报告形式: 便签打印报告或 A4 彩色图文报告	响应
16	16、电池: 2 块可充电锂电池更换,续航≥4 小时,方便长时间筛查。支持线充和座充两种方式,配备专用座充充电器。	电池: 2 块可充电锂电池更换,续航 4 小时,方便长时间筛查。支持线充和座充两种方式,配备专用座充充电器。	响应
17	17、机器有保护腕带,预防机器掉落。	机器有保护腕带,预防机器掉落。	响应



投标人名称（盖公章）：兰州琼立医疗器械有限公司

法定代表人或其授权的代理人（签字）：高兆

日期：2023年12月1日



双目视力筛查仪技术参数

- 1、适用对象：6个月-100岁。
- 2、筛查内容：近视、远视、散光、屈光参差、眼位变化、瞳孔大小及间距、斜视及斜视角度、上睑下垂等。对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估。
- 3、测量方式：双眼同时进行测量，也可对单眼进行测量。双眼及单眼模式可以任意切换。
- ▲4、测量范围： $-10.50D \leq \text{球镜度数} \leq +7.50D$ ； $-3.00D \leq \text{柱镜度数测量范围} \leq +3.00D$ ； $1^\circ \leq \text{轴位 Axis} \leq 180^\circ$ 。（提供产品彩页等证明材料）
- 5、平均测量时间：1S；测量距离：1M左右。
- ▲6、设备敏感度 $\geq 90\%$ ，特异性高于90%（须提供相关文献证明材料）
- 7、被测者距离提示：有数值显示来确定测试距离的功能，并且系统能主动提示测距过远或过近。（携带机器备验）
- 8、注视方式：灯光及卡通音乐音效，能吸引受测者注意力集中。
- 9、数据接口：Wi-Fi / USB / 蓝牙；打印机接口：Wi-Fi。
- ▲10、人体工程学设计：45°前倾操作屏幕，方便使用者以任何姿势操作，方便观察结果。彩色触摸显示屏，屏幕尺寸 ≥ 5.0 英寸
- ▲11、具备个体筛查和批量筛查模式。
- 12、信息录入：主机触屏录入、扫码录入、批量导入。可直接在主机上输入中文个人信息。
- ▲13、能电脑批量导入、导出受测者信息，生成每位受测者对应二维码，便于数据统计及后上传筛查结果，提高筛查效率。
- ▲14、需内置筛查专业软件，软件可对接云端数据处理系统。（需提供相关著作权证书）检测结果可通过网页端、软件端进行统计、上传及推送，使检测结果实现可追溯性。为医生、患者创建电子档案，实现信息共享和实时追踪。
- 15、打印报告形式：便签打印报告或A4彩色图文报告（彩色图文报告打印机选配）
- ▲16、电池：2块可充电锂电池更换，续航 ≥ 4 小时，方便长时间筛查。支持线充和座充两种方式，配备专用座充充电器。
- 17、机器有保护腕带，预防机器掉落。