

论证专家签到表

项目名称：永靖县人民医院 1.5T 核磁、血管造影机维保服务采购项目

序号	姓名	单位名称	职称	电话	备注
1	白利军	甘肃省妇幼保健院	主任医师	18909307236	
2	杨安	州人民医院	主任医师	13993016928	
3	张恩祥	州人民医院	主任医师	13034133928	

单一来源采购论证意见表

项目名称：永靖县人民医院 1.5T 核磁、血管造影机维保服务采购项目			
专家姓名：田月辉		工作单位：临夏州妇幼保健院	
职务或职称：主任医师		所从事行业：医疗	
联系电话：18909307236			
拟定的供应商名称：西门子医疗系统有限公司			
采购内容	1.5T 核磁、血管造影机维保服务		
专家论证意见	永靖县人民医院拟采购的 1.5T 核磁、血管造影机维保服务项目，所需部件为原厂家原型号，具备此条件的公司极少。故建议单一来源采购，建议采购西门子医疗系统有限公司维保服务。		
专家签字	田月辉	签字日期	2024.12.3

单一来源采购论证意见表

项目名称：永靖县人民医院 1.5T 核磁、血管造影机维保服务采购项目			
专家姓名：杨发		工作单位：临夏州医院	
职务或职称：主任检验师		所从事行业：医学检验	
联系电话：13993016928			
拟定的供应商名称：西门子医疗系统有限公司			
采购内容	1.5T 核磁、血管造影机维保服务		
专家论证意见	永靖县人民医院 1.5T 核磁、血管造影机是“西门子”品牌，其配件需原厂家提供，维保也需西门子医疗系统有限公司服务，故建议采购西门子医疗系统有限公司的维保服务。		
专家签字	杨发	签字日期	2024.12.3

单一来源采购论证意见表

项目名称：永靖县人民医院 1.5T 核磁、血管造影机维保服务采购项目			
专家姓名：马恩泽		工作单位：临夏回族自治州人民医院	
职务或职称：MR室主任		所从事行业：磁共振诊断	
联系电话：13034133929			
拟定的供应商名称：西门子医疗系统有限公司			
采购内容	1.5T 核磁、血管造影机维保服务		
专家论证意见	永靖县人民医院1.5T核磁、血管造影机为西门子公司生产，其维修、保养需要原厂配件，其它厂家配件无法相匹配，不能满足修理更换配件的基本要求。另外原厂维保内包含软件升级内容，其它厂家无法维护软件升级，并且原厂家能提供人员的培训学习，故建议采购西门子公司单一来源维保。		
专家签字	马恩泽	签字日期	2024.12.3