

## 第二部分 技术要求

序号	设备名称	技术参数	数量	限价单价 (万元)	限价合计 (万元)
1	▲开放式隔离病床	1. 尺寸：2270×1050×1960（mm）；±5mm； 2. 重量≥430Kg； 3. 最大功率：200VA，电压：220V/50Hz； 4. （循环）除菌率：≥99.9%；（循环）PM2.5去除率：≥99.9%；（一次性净化）颗粒物：≥99.9%；一次性除菌率：≥99.9%； 5. 最大风量：200m <sup>3</sup> /h； 6. 噪音：≤55dB(A)； 7. 臭氧浓度释放量：≤0.003mg/m <sup>3</sup> 。 8. 电压：220V/50Hz； 9. 该设备需要配置：床体、床头床尾、床垫、护栏、餐桌、万向轮、输架。	4套	5	20