

第二部分 技术要求

序号	设备名称	技术参数	数量	限价单价 (万元)	限价合计 (万元)
1	▲射频治疗仪 (脂肪吸引器)	1. 吸引压力：-65kPa~-100kPa 连续可调； 2. 真空泵：无油真空泵 2 台； 3. 真空泵工作模式：单独控制，可同时开启，可单独开启，自由切换，适应不同手术部位的需求； 4. 抽气速度：120L / min 或 240L / min 可调，120L 适用于一般病患的需求，240L 主要针对于重度脂肪堆积患者或局部脂肪严重堆积患者； 5. 往复振动幅度：5mm，既可以和脂肪形成共振最大程度震碎脂肪，又可以减少对毛细血管等其他组织的损伤； 6. 往复振动次数：0~3000 次/分钟； 7. 脂肪定向存储：设备两侧吸脂瓶可定向选择，便于对称部位吸脂时的对比； 8. 脂肪存储系统：采用一次性防倒吸止溢存储袋，便于吸出脂肪的后续处理； 9. 蠕动泵注液系统流量范围：0ml/min~510ml/min 可连续调节； 10. 控制及显示方式：微电脑控制，数字显示； 11. 面板显示内容：吸引压力、注液速度、振动频率； 12. 吸脂工作模式：手动吸脂、振动吸脂两种工作模式； 13. 手动吸脂针：适用于不同部位的吸脂，	1 套	50	50

	2. 5-5.0 毫米直径吸脂针规格不少于 5 种； 14. 振动吸脂针：用于大面积脂肪层过厚的部位，3.0-5.0 毫米直径吸脂针规格不少于 4 种； 15. 操作方式：脚踏开关一体化，负压、注液、振动在同一模板； 16. 应急开关：除脚踏开关外，机器各功能均设有应急开关，在脚踏开关出现意外时，仍然可以保证手术的正常使用； 17. 手柄消毒：支持环氧乙烷和高温高压两种消毒方式； 18. 正常工作噪声：≤55dB（A）； 19. 输入功率：1000VA； 20. 配套离心机：最高转速：4200r/min 最大离心力：4390xg 转子容量：4×50/20/10ml（注射器）转速精度：±10r/min 定时范围：0~99min； 21. 配备专用脂肪移植器械，满足面部，胸部等部位的脂肪移植与填充需要； 22. 含脂肪吸引器械包一套。			
--	--	--	--	--