



招 标 文 件

项目编号：201006JH055

项目名称：兰州市精神康复医院新开增容病区设备购置
(第一包)

项目单位：兰州市精神康复医院

代理机构：甘肃兴寰工程项目管理有限公司

2024 年 11 月 27 日



目 录

公开招标公告.....1

投标人须知前附表.....4

第一章 总则..... 12

第二章 投标须知.....14

第三章 评标程序.....26

第四章 质疑和投诉..... 32

第五章 合同范本.....34

第六章 投标文件格式.....42

第七章 采购需求.....68

201006JH055



兰州市精神康复医院新开增容病区设备购置项目公开招标公告

兰州市精神康复医院新开增容病区设备购置项目的潜在投标人应在 兰州市公共资源交易中心网站 (<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn>) 获取招标文件，并于 2024 年 12 月 18 日 09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：201006JH055
2. 项目名称：兰州市精神康复医院新开增容病区设备购置项目
3. 预算金额：180.5740 万元
4. 最高限价：180.5740 万元（第一包：88.006 万元；第二包：30.424 万元；第三包：43.144 万元；第四包：19.00 万元）
5. 采购需求：第一包：医疗设备等；第二包：病区配套设备等；第三包：病区基础设备等；第四包：其他设备。（具体要求详见对应包招标文件中的采购需求）。
6. 合同履行期限：按合同约定执行
7. 本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1. 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，根据《关于实施政府采购供应商资格承诺制相关事宜的通知》（兰财采〔2021〕号），供应商须提供《资格承诺声明函》加盖公章；
2. 供应商为未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 或“信用甘肃”网站 (credit.gansu.gov.cn) 记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；（以提交投标文件截止时间当日资格审查环节“信用中国”网站和“中国政府采购网”查询结果为准，投标文件中不需提供相关网站截图）。
3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4. 本项目的特定资格要求：第一包投标人须具有医疗器械生产或经营许可证。第二包、第三包、第四包无特定资格要求。

三、获取招标文件

1. 时间：2024 年 11 月 28 日 00:00 至 2024 年 12 月 04 日 23:59（北京时间）
2. 地点：兰州市公共资源交易中心网站 (<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/>)



3.方式：拟参与投标的潜在供应商须点击“我要参与”按钮，以“用户名+密码”方式或者数字证书（CA或移动CA）方式登录“兰州市公共资源服务系统”（<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/TPBidder/memberLogin>），获取招标文件，参与项目采购。社会公众可点击“免费下载”按钮，查阅招标文件。

4. 售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 时间：2024 年 12 月 18 日 09:30（北京时间）

2. 地点：兰州市公共资源交易中心开标五室，政府采购（交易通）电子开评标系统（<https://ez.lzzgzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/>）投标人无需到达开标现场

3. 方式：本项目仅以电子投标文件方式提交。投标人以“用户名+密码”方式或者数字证书（CA或移动CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”（<https://ez.lzzgzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/>），提交.tbjy（备用投标文件），.mtbjy（投标文件），.czt（存证文件）格式的加密电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目备案编号：201006JH055

2. 本项目的质疑请以书面形式提交采购人或者采购代理机构，投诉请以书面形式提交兰州市财政局政府采购监督管理科，投诉电话：0931-8105030。

3. 本项目若有更正将通过本公告发布媒体发布，请及时关注“甘肃政府采购网”（<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/index.html>）和“兰州市公共资源交易中心网站”。

4. 本项目制作及开评标使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”及“政府采购电子标书制作工具”，具体操作详见交易通信息技术有限公司（<http://www.ejiaoyi.vip/>）“下载中心”的《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

5. 响应文件提交方式： 供应商需自行准备可以稳定上网的电脑，操作系统：Windows10、Window11(推荐)，浏览器：Microsoft Edge、360 安全浏览器(推荐)、谷歌，WPS 或 Office 办公软件。

(1) 供应商须在投标文件递交截止日期前登录 兰州市公共资源交易中心网站公共资源交易中心网站（<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/>），点击进入不见面开标系统，选择政府采购



电子开评标系统模块，点击供应商单位登录，使用“用户名+密码”或数字证书（CA 锁或移动 CA）进行登录；根据项目类型，选择所要参标的项目，点击“我要参标”，再点击网上开标按钮，上传响应文件。

(2) 响应文件上传环节：进入本次项目投标界面后，点击上传按钮，根据招标文件中要求的上传时间上传响应文件；上传文件过程中，请供应商耐心等待，直至出现文件上传成功提示后，方可点击确定按钮，如果提前点击确定按钮，很可能导致响应文件上传不成功；响应文件上传完成以后，点击提交按钮提交本次响应文件；之后点击上传文件回执单查看按钮，查看文件回执单，供应商可打印或拍照留存。

6. 投标 CA 数字证书办理方式：

(1) 网上办理：交易通信息技术有限公司（<http://www.ejiaoyi.vip/>）网上注册申请办理 CA 数字证书后，由操作人员邮寄。

(2) 现场办理：兰州市城关区南关十字亚欧国际写字楼 29 楼 2902 室办锁、技术联系方式：4006131306 、0931-8859067。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：兰州市精神康复医院

地址：兰州市七里河区八里窑 336 号

联系人：苏文凯

联系电话：17793111777

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃兴寰工程项目管理有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路 159 号 A 塔 901 室

联系人：马 龙

联系电话：18909402945

3. 项目联系方式

联系人：马 龙

联系电话：18909402945

2024 年 11 月 27 日



投标人须知前附表

条款号	条款名称	内容及要求
1.1	采购人	采购人：兰州市精神康复医院 地址：兰州市七里河区八里窑 336 号 联系人：苏文凯 联系电话：17793111777
1.1	采购代理机构	代理机构：甘肃兴寰工程项目管理有限公司 地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路 159 号 A 塔 901 室 联系人：马 龙 联系电话：18909402945
1.1	项目编号	201006JH055
1.1	项目名称	兰州市精神康复医院新开增容病区设备购置项目
1.1	采购预算	180.5740 万元
1.1	最高限价	180.5740 万元（第一包：88.006 万元；第二包：30.424 万元；第三包：43.144 万元；第四包：19.00 万元）
1.1	采购方式	公开招标
1.1	采购类型	货物类
1.1	面向中小企业预留采购份额	预留比例 0%，不适宜预留，参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定的《中小企业声明函》（残疾人福利性单位、监狱企业视同为中小企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），并对其真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
1.1	进口产品 (货物类适用)	否（注：1. 否，不允许提供进口产品投标，提供进口产品投标视为投标无效；2. 是，已获得采购进口产品核



条款号	条款名称	内容及要求
		准，允许提供进口产品或国产产品投标)
2.1.2	澄清或者修改	澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，以网上更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。网上更正公告同时在“甘肃政府采购网”(http://www.ccgp-gansu.gov.cn/index.html)和“兰州市公共资源交易中心网站”(http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn)发布。
2.1.3	现场考察或者答疑会	否(注：1. 否，采购人不组织现场考察或者召开答疑会；2. 是，采购人组织现场考察或者召开答疑会)
2.2.3	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日内有效。
2.2.4	投标保证金	依据兰政采【2020】7号关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知，本项目不收取投标保证金。
2.2.5.1	投标人资格要求	<p>1. 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，根据《关于实施政府采购供应商资格承诺制相关事宜的通知》(兰财采〔2021〕号)，供应商须提供《资格承诺声明函》加盖公章；</p> <p>2. 供应商为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“信用甘肃”网站(credit.gansu.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；(以提交投标文件截止时间当日资格审查环节“信用中国”网站和“中国政府采购网”查询结果为准，投标文件中不需提供相关网站截图)。</p> <p>3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无</p>



条款号	条款名称	内容及要求
		4. 本项目的特定资格要求：第一包投标人须具有医疗器械生产或经营许可证。第二包、第三包、第四包无特定资格要求。
2.2.5.2	联合体投标	否（注：1. 否，不接受联合体投标；2. 是，接受联合体投标）
2.2.5.3	采取分包方式履行合同	否（注：1. 否，不同意中标人采取分包方式履行合同；2. 是，同意中标人采取分包方式履行合同）
2.3.3	投标文件制作工具	本项目制作及开评标使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”及“政府采购电子标书制作工具”，具体操作详见交易通信息技术有限公司（ http://www.ejiaoyi.vip/ ）“下载中心”的《政府采购项目全流程电子化操作手册》
2.3.4	制作投标文件	投标人使用“政府采购投标文件制作工具（兰州版）”，按照招标文件规定的投标文件格式，编制投标文件，并使用数字证书（CA 或移动 CA）在相应位置签章。编制生成的三种电子投标文件（.tbjy 格式文件为备用投标文件，mtbjy 格式为投标文件，czr 格式文件为存证文件）。电子投标文件编制不规范导致投标文件（.tbjy 和 .mtbjy 格式文件）内容无法导入系统或开标无法解密的，该投标文件将被视为无效。
2.3.5	加密投标文件	投标人使用投标文件制作工具生成加密电子投标文件。
2.3.6	提交投标文件	投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”（ https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/ ），提交加密的电子投标文件。
2.3.8	投标截止时间	具体详见招标公告
2.4.1	开标工具	“政府采购（交易通）电子开评标系统”



条款号	条款名称	内容及要求
		(https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/) 技术咨询电话：0931-4875561，4006131306。
2.4.2	开标要求	投标人登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，选择进入本项目，在线参加网上不见面开标会议。 注：电子投标文件的加密和解密须为同一数字证书（CA或移动CA）。
2.5	资格审查	开标结束后，采购人依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。
2.6	评标委员会	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
2.7.1	评标工具	政府采购（交易通）电子开评标系统
2.7.2	符合性审查	详见招标文件正文
2.7.3	澄清、说明或者 补正	投标人以账号密码或数字证书（CA或移动CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的信息，在规定时限内通过“电子开评标助手”上传签章确认的澄清、说明或者补正文件。 前款描述的规定时限是指，评标委员会发出澄清、说明或者补正的提示信息后，投标人须在30分钟内通过系统进入“网上询标室”，并在进入后30分钟内（评标委员会认为需要延长的，由评标委员会集体决定）完成书面澄清、说明或者补正。“电子开评标助手”下载地址：交易通信息技术有限公司官网（ www.ejiaoyi.vip ）下载中心。
2.7.4	演示	否（注：1. 否，不演示；2. 是，需演示）



条款号	条款名称	内容及要求
		<p>投标人以账号密码或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的提示信息，在规定时间内通过“电子开评标助手”进行演示。</p> <p>前款描述的规定时限是指，评标委员会发出演示的系统提示信息后，投标人须在 30 分钟内通过系统进入“网上询标室”，并在进入后 30 分钟内（评标委员会认为需要延长的，由评标委员会集体决定）进行演示。“电子开评标助手”下载地址：交易通信息技术有限公司官网（www.ejiaoyi.vip）下载中心。</p>
2.7.5.2	评标方法	<p>综合评分法</p> <p>即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评分总得分最高的投标人作为中标候选人。</p> <p>注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
2.8.3	中标通知书	中标公告发布后，中标人应与采购人联系，在采购人处领取中标通知书，不再另行通知。因逾期未领取引起的风险和责任由中标人承担。
2.9.3	履约保证金	无
2.9.4	代理服务费	本项目招标代理服务费参照国家计委计价格〔2002〕1980 号文和发改办价格〔2003〕857 号文及招标代理合同约定执行，由中标人向代理机构一次性支付。



条款号	条款名称	内容及要求
3.4.1	评标标准	详见招标文件正文
3.5	确定中标人	采购人委托评标委员会直接确定中标人。
4.2	质疑	以书面形式向采购人或者采购代理机构提交质疑函。
4.3	投诉	以书面形式向兰州市财政局投诉。
第六章	投标文件格式	投标人应根据招标文件要求编制电子投标文件，并使用数字证书（CA 或移动 CA）在相应位置签章。其中，投标文件及相关文件中需投标人签章处均指加盖与当事人名称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章（投标人为自然人的，由本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章），需投标人的法定代表人或授权代表签章处均指由法定代表人或授权代表本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章。
6.6.2	节能产品 （货物类适用）	《节能产品政府采购品目清单》内的产品，其中，“★”标注的为政府强制采购产品，非“★”标注的为政府优先采购产品。
6.6.3	环境标志产品 （货物类适用）	属于《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，为政府优先采购产品。
第七章	采购需求	详见招标文件正文
1	政府采购政策支持	<p>（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予 12%的扣除。</p> <p>（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 12%的扣除。</p> <p>（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的</p>



条款号	条款名称	内容及要求
		<p>《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 12%的扣除。</p> <p>注：本项目采购标的物所属行业为工业。</p>
2	核心产品	心电图机
3	相同品牌产品参加投标处理办法	<p>不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p>
4	其它补充事项	<p>1. 《中华人民共和国电子签名法》规定“第十四条 可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。”</p> <p>2. 兰州市财政局《关于落实强省会战略持续优化兰州市政府采购营商环境各项政策的通知》规定，参与兰州市政府采购项目的供应商只需提供格式规范的声明函，即可代替《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求的资格证明材料。根据项目实际情况，采购文件要求提供的特定资格证明材料须另外提供，不在上述资格承诺范围内。</p> <p>3. 投标人须保证所投产品中的计算机操作系统软件、办公软件和杀毒软件三类通用软件，必须使用正版软件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的</p>



条款号	条款名称	内容及要求
		<p>软件。</p> <p>4. 采购标准及验收标准采购标准：</p> <p>采购标准：执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。</p> <p>验收标准：符合国家、行业、甘肃省及采购人相关验收标准和规范。</p> <p>5. 交货期、交货地点、付款方式等相关事宜通过采购合同进行约定。</p> <p>6. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。</p>

201006JH055



第一章 总则

1.1 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的项目采购。

1.2 有关定义

(1) “采购人” 详见《投标人须知前附表》。

(2) “采购代理机构” 是指采购代理机构是指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府采购代理资格的社会中介机构。采购代理机构可分为集中采购机构和一般采购代理机构。

(3) “投标人” 是指向本次采购代理机构提交投标文件的供应商。

(4) “供应商” 是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

(5) “招标文件” 是指由采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章节、附件及答疑会议纪要。

(6) “投标文件” 是指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

(7) “采购文件” 是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

(8) “货物” 是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

(9) “工程” 是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

(10) “服务” 是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

(11) “书面形式” 是指合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

(12) “进口产品” 是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

(13) “节能产品” 是指财政部、国家发展和改革委员会公布的现行《节能产品政府采购品目清单》内的产品。

(14) “环境标志产品” 是指财政部、国家环境保护总局公布的现行《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

(15) “中小企业” 是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户、残疾人福利性单位、监狱企业，在政府采购活动中视同中小企业。

(16) “中小企业预留” 是指面向中小微企业预留采购份额。即在货物采购项目中，货物



由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.3 知识产权

(1) 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

(2) 本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权归采购人所有。

(3) 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

(4) 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

(5) 采购人、采购代理机构和评审专家对投标人提交的投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

1.4 相关法律法规

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（2017年财政部令第87号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《政府采购质疑和投诉办法》（2017年财政部令第94号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）、《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）、《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《兰州市政府采购项目交易管理规则（试行）》（兰财采〔2022〕9号）、《兰州市政府采购电子化采购管理暂行办法》（兰财采〔2022〕8号）、兰州市财政局《关于落实强省会战略持续优化兰州市政府采购营商环境各项政策的通知》（兰财采〔2022〕31号）等法律法规规定。



第二章 投标须知

2.1 招标文件

2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，现通过公开招标来择优选定供货商。招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉招标文件的全部内容及与履行合同有关的全部内容。

投标人未按招标文件要求提交相关资料，或投标文件未对招标文件的内容都作出实质性响应，可能导致投标无效，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.1.2 澄清或者修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，以网上更正公告的形式，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。网上更正公告是招标文件的组成部分，同时在“甘肃政府采购网”（<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/index.html>）和“兰州市公共资源交易中心网站”（<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn>）发布。

在规定时间内，投标人未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，视其为无异议。投标文件未对澄清或者修改的内容作出实质性响应，可能导致投标无效，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.1.3 现场考察或者答疑会

本项目是否组织现场考察或者召开答疑会见《投标人须知前附表》。

根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要的，可以组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开答疑会。

因参加现场考察或者答疑会所发生的一切费用由潜在投标人自行承担。

2.2 投标文件

2.2.1 投标要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使投标对招标文件作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒收或视为无效投标，由此引起的风险和责任由投标人承担。



2.2.2 投标报价

本项目投标报价应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用。除非招标文件另有规定，投标报价应包括完成本项目所需用料、人工、机械安装、检测、调试、保修、保险、利润、税金、劳保统筹、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

投标人的投标报价只能有一个投标价格，投标价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。投标货币为人民币。

2.2.3 投标有效期

本项目投标有效期见《投标人须知前附表》。

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

2.2.4 投标保证金

本项目投标保证金见《投标人须知前附表》。

投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

2.2.5 投标资格

2.2.5.1 投标人资格要求

本项目投标人资格要求详见《投标人须知前附表》。

2.2.5.2 联合体投标要求

本项目是否接受联合体投标见《投标人须知前附表》。

投标人为联合体的，须提供《联合体投标协议》，联合体及成员还应符合以下条件：

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

(2) 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交《联合体投标协议》，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(3) 联合体各方签订的《联合体投标协议》作为投标文件的内容。联合体各方签订《联合体投标协议》后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(4) 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对



联合体各方均具有约束力。

(5) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(6) 组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。

(7) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(8) 法律法规规定的其他情形。

投标人为联合体且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关情形的，联合体中的中小企业均应提供《中小企业声明函》：

(1) 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。联合体各方均应提供《中小企业声明函》。

(2) 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条情形的，投标人以联合体形式投标的，采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%的，联合体中的中小企业均应提供《中小企业声明函》。

(3) 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条情形的，大中型企业与小微企业组成联合体的，对于《联合体投标协议》约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，联合体中的中小企业均应提供《中小企业声明函》。

2.2.5.3 采取分包方式履行合同要求

本项目是否同意中标人采取分包方式履行合同见《投标人须知前附表》。

投标人拟在中标后采取分包方式履行合同的，须提供《分包意向协议》，《分包意向协议》方还应符合以下条件：

(1) 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

(2) 中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

(3) 接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

(4) 法律法规规定的其他情形。

投标人拟在中标后采取分包方式履行合同且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关情形的，《分包意向协议》中的中小企业均应提供《中小企业声明函》：

(1) 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条情形的，投标人拟在中标后采取



分包方式履行，采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%的，《分包意向协议》约定中的中小企业均应提供《中小企业声明函》。

(2) 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条情形的，大中型企业承诺向一家或者多家小微企业分包的，对于《分包意向协议》约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，《分包意向协议》约定中的中小企业均应提供《中小企业声明函》。

2.3 投标

2.3.1 投标人要求

投标人应符合以下要求：

- (1) 遵守中华人民共和国的法律、法规、规章和规定。
- (2) 有能力提供本项目招标文件所述货物（服务），符合招标文件规定资格要求的境内供应商或制造商。
- (3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- (4) 为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(5) 法律法规规定的其他情形。

2.3.2 投标注意事项

投标时，投标人须注意：

- (1) 投标人具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条中第一至第五项情形的，中标结果无效。
- (2) 本项目只接受具备法律效力的电子投标文件投标，不接受纸质投标文件投标。
- (3) 针对不分包的采购项目或分包采购项目的的一个采购包，一个投标人只允许提交一个投标文件进行投标。
- (4) 除招标文件另有规定外，投标人投标的投标总价及单项报价均只允许一个报价，否则将作为无效投标处理。
- (5) 投标人和采购人、采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以简体中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有简体中文文本，并以简体中文文本为准。以简体中文以外的文字表述的资料必须提供简体中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除盖章、签字、专用名称等特殊情形外，以简体中文以外的文字表述的投标文件，将作为无效投标处理。



(6) 投标文件及相关文件中需投标人签章处均指加盖与当事人名称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章（投标人为自然人的，由本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章），需投标人的法定代表人或授权代表签章处均指由法定代表人或授权代表本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章。

(7) 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

(8) 投标人在投标文件中所列出的响应内容均视为在投标报价内容中。

(9) 因参加投标或准备参加投标所发生的一切费用由投标人自行承担。

(10) 法律法规规定的其他情形。

2.3.3 投标文件制作工具

本项目制作及开评标使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”及“政府采购电子标书制作工具”，具体操作详见交易通信息技术有限公司（<http://www.ejiaoyi.vip/>）“下载中心”的《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

技术咨询电话：0931-4875561、4006131306。

2.3.4 制作投标文件

投标人使用“政府采购投标文件制作工具（兰州版）”，按照招标文件规定的投标文件格式，编制投标文件，并使用数字证书（CA 或移动 CA）在相应位置签章。编制生成的三种电子投标文件（.tbjy 格式文件为备用投标文件，mtbjy 格式为投标文件，czr 格式文件为存证文件）。电子投标文件编制不规范导致投标文件（.tbjy 和.mtbjy 格式文件）内容无法导入系统或开标无法解密的，该投标文件将被视为无效。

2.3.5 加密投标文件

投标人使用投标文件制作工具生成加密电子投标文件。

2.3.6 提交投标文件

投标人以“用户名+密码”方式或者数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”（<https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/>），提交加密的电子投标文件。

2.3.7 投标文件修改或者撤回

投标截止时间前，投标人可以修改或者撤回其所提交的电子投标文件，修改完成后，投标人须重新提交使用投标文件制作工具生成加密电子投标文件，投标截止时间前最后一次提交的电子投标文件为有效投标文件。投标截止时间止，投标人不能修改或者撤回其已提交的电子投



2.3.8 投标截止时间

投标截止时间见《投标人须知前附表》。

投标截止时间止，未完成上传的电子投标文件将被拒收。

2.3.9 投标无效的情形

(1) 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

- ①投标文件的格式及内容不符合招标文件要求或实质性响应内容字迹模糊、无法辨认。
- ②投标有效期不足。
- ③未按照招标文件的规定交纳投标保证金的。
- ④投标文件未按招标文件要求签章的。
- ⑤不具备招标文件中规定的资格要求的。
- ⑥报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。
- ⑦投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
- ⑧法律法规规定的其他情形。

(2) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
- ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
- ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
- ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
- ⑤不同投标人的投标文件相互混装。
- ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- ⑦法律法规规定的其他情形。

2.4 开标

2.4.1 开标工具

本项目使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”（<https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/>）

技术咨询电话：0931-4875561，4006131306。

2.4.2 开标要求

本项目采用网上不见面开标。

投标人登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，选择进入本项目，在线参加网上不见



面开标会议。

投标人不足 3 家的，不得开标。

2.4.3 开标程序

开标时，采购代理机构在线公布提交有效投标文件的投标人名称。投标人根据系统提示，在线解密提交系统的加密电子投标文件，每名投标人解密时限为 30 分钟，超过时限的，视为无效投标。解密时须使用加密时的数字证书（CA 或移动 CA）。

解密完成后，系统唱标，唱标内容包括投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要公开的其他内容。

唱标结束后，投标人在 3 分钟内，对开标情况进行确认。

投标人对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

注：电子投标文件的加密和解密须为同一数字证书（CA 或移动 CA）。

2.5 资格审查

开标结束后，采购人依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。不符合资格要求的投标人，视为无效投标。

资格审查合格的投标人不足 3 家的，不得评标。

资格审查时，采购人应当通过“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）、“中国政府采购网”（<http://www.ccgp.gov.cn>）等渠道查询投标人信用记录，采购人应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，视为无效投标。

2 个及以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，采购人应当对联合体所有成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.6 评标委员会

2.6.1 评标委员会的组成

采购人依法组建评标委员会。采购人在政府采购评审专家库中通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家



不得少于成员总数的三分之二。

采购预算金额在 1000 万元以上的采购项目、技术复杂的采购项目、社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数。

评标委员会负责评标活动，评标委员会成员不得参加开标活动。

2.6.2 评标委员会的职责

- (1) 各评标成员独立审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。
- (3) 对投标文件进行比较和评价。
- (4) 根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
- (5) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
- (6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
- (7) 采购人代表核对评标结果。
- (8) 法律法规规定的其他情形。

2.6.3 评标委员会的义务

- (1) 严格遵守评标工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评审标准进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任。
- (2) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的询问、质疑和投诉等事项。
- (3) 不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
- (4) 发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评标工作并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。
- (5) 发现供应商具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
- (6) 在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
- (7) 法律法规规定的其他情形。

2.7 评标

2.7.1 评标工具

本项目使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”评标。

2.7.2 符合性审查

评标委员会依据招标文件，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，未通过符合性审查的投标人视为无效投标。



2.7.3 澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内作出澄清、说明或者补正（包含但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的信息，在规定时限内通过“电子开评标助手”上传签章确认的澄清、说明或者补正文件（包含但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内澄清、说明或者补正的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.7.3.1 投标文件报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内确认修正后的投标文件报价。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的提示信息，在规定时限内通过“电子开评标助手”上传由投标人签章或者由法定代表人（或授权代表）签章确认的修正后的投标文件报价。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内确认修正后的投标文件报价的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.7.3.2 投标报价合理性说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产



品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在规定时限内进行投标报价合理性说明。投标人不能在规定时限内证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内作出投标报价合理性说明。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的提示信息，在规定时限内通过“电子开评标助手”上传由投标人签章或者由法定代表人（或授权代表）签章确认的投标报价合理性说明文件。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内证明其报价合理性的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.7.4 演示

本项目是否演示见《投标人须知前附表》。

投标人根据招标文件要求，准备演示所需的相关资料，并按照评标委员会的要求进行演示。

评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内进行演示。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的提示信息，在规定时限内通过通过“电子开评标助手”进行演示。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内演示的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.7.5 评标方法

2.7.5.1 最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。其中，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，应享受价格扣除优惠政策的投标人，以扣除后的价格参加评审。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

2.7.5.2 综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评



审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。其中，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，应享受价格扣除优惠政策的投标人，以扣除后的价格参加评审。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.8 评标结果

2.8.1 中标

本项目确定中标人方式见《投标人须知前附表》。

评标委员会确定中标候选人名单，或者经采购人委托直接确定中标人。

采购人在“甘肃政府采购网”和“兰州市公共资源交易中心网站”发布中标公告，并向中标人发出中标通知书。

2.8.2 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足 3 家的。
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。
- (5) 法律规定的其他情形。

采购人在“甘肃政府采购网”和“兰州市公共资源交易中心网站”发布废标公告。

2.8.3 中标通知书

确定中标人后，采购人于 2 个工作日内，在“甘肃政府采购网”和“兰州市公共资源交易中心网站”发布中标公告，并发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标公告发布后，中标人应与采购人联系，在采购人处领取中标通知书，不再另行通知。因逾期未领取引起的风险和责任由中标人承担。

2.9 合同



2.9.2 合同签署

2.9.2.1 签订合同

(1) 采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

(2) 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

(3) 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在“甘肃政府采购网”公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.9.2.2 分包方式履行合同

本项目是否同意中标人采取分包方式履行合同见《投标人须知前附表》。

政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

2.9.3 履约保证金

无。

2.9.4 代理服务费

具体详见《投标人须知前附表》。

2.9.5 其他约定

中标后，招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。招标文件由采购人、采购代理机构负责解释。



第三章 评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会开展符合性审查，如发现下列情况之一的，其投标视为无效投标：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签章的。
- (2) 投标文件未按规定的格式填写、关键内容字迹模糊、无法辨认的。
- (3) 投标文件含有与招标文件相悖的附加条件的。
- (4) 投标文件未对招标文件的实质性要求作出响应的。
- (5) 投标文件报价出现前后不一致，投标人拒绝按照招标文件要求修正投标文件报价的。
- (6) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。
- (7) 投标有效期不足的。
- (8) 投标内容不符合国家相关强制性标准的。
- (9) 投标人串通投标的。
- (10) 法律法规规定的其他情形。

3.2 澄清、说明或者补正

需要澄清、说明或者补正（包括但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）的，评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内作出澄清、说明或者补正（包括但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的信息，在规定时限内通过“电子开评标助手”上传签章确认的澄清、说明或者补正文件（包括但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内完成的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

3.3 演示

本项目是否演示见《投标人须知前附表》。

需要演示的，评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内进行演示。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的提示信息，在规定时限内通过通过“电子开评标助手”进行演示。



前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时间内完成演示的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

3.4 评标注意事项

评标时，评标委员会应注意以下事项：

（1）必须落实的中小微企业优惠政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《中小企业划型标准规定》、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等有关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，小微企业（含符合小微企业划分标准的个体工商户、残疾人福利性单位、监狱企业）享受价格扣除优惠，价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。即：①对符合规定的小微企业报价给予 10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。**本项目扣除比例为 12%。**②接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于《联合体投标协议》或者《分包意向协议》约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。但组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。**本项目不接受联合体投标或分包故不享受价格扣除优惠政策。**

（2）必须落实的节能产品采购政策。

根据《节能产品政府采购品目清单》规定，《节能产品政府采购品目清单》内的产品，其中，“★”标注的为政府强制采购产品，非“★”标注的为政府优先采购产品。评审过程中，评标委员会应充分考虑。

（3）必须落实的环境标志产品采购政策。

根据《环境标志产品政府采购品目清单》规定，《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，为政府优先采购产品。评审过程中，评标委员会应充分考虑。

3.5 确定中标人

本项目确定中标人方式见《投标人须知前附表》。

3.6 编写评标报告

评标委员会对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文



件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标候选人，或者根据采购人委托直接确定中标人，起草并签署评审报告。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

201006JH055



评标办法

1. 评审办法

评审方法

本次评审采用 综合评分法

资格审查

表-资格审查标准

评审环节	序号	评审内容	评审标准
资格审查	1	投标人信用查询记录符合要求，未被列入“信用中国”失信记录	供应商为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“信用甘肃”网站（credit.gansu.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；（以提交投标文件截止时间当日资格审查环节“信用中国”网站和“中国政府采购网”查询结果为准，投标文件中不需提供相关网站截图）
	2	公司营业执照	公司营业执照
	3	资格要求或资格承诺声明函	供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，根据《关于实施政府采购供应商资格承诺制相关事宜的通知》（兰财采〔2021〕号），供应商须提供《资格承诺声明函》加盖公章
	4	本项目的特定资格要求	第一包投标人须具有医疗器械生产或经营许可证。第二包、第三包、第四包无特定资格要求

政策性优惠设置

表-政策性优惠设置

评审环节	标准
政策优惠认定	符合小微企业认定（非联合体或者联合体均为小微企业），给予报价扣除 12%

初步评审

表-初步评审标准

评审环节	序号	评审内容	评审标准
	1	投标文件未按招标文件要求签章的	投标文件未按招标文件要求签章的
	2	投标文件未按规定的格式填写、关键内容字迹模糊、无法辨认的	投标文件未按规定的格式填写、关键内容字迹模糊、无法辨认的
	3	投标文件含有与招标文件相悖的附加条件的	投标文件含有与招标文件相悖的附加条件的
	4	投标文件未对招标文件的实质性要求作出响应的	投标文件未对招标文件的实质性要求作出响应的



符合性审查

5	投标文件报价出现前后不一致，投标人拒绝按照招标文件要求修正投标文件报价的	投标文件报价出现前后不一致，投标人拒绝按照招标文件要求修正投标文件报价的
6	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的
7	投标有效期不足的	投标有效期不足的
8	投标内容不符合国家相关强制性标准的	投标内容不符合国家相关强制性标准的
9	投标人串通投标的	投标人串通投标的
10	法律法规规定的其他情形	法律法规规定的其他情形

详细评审

表-详细评审标准（70分）

评审环节	序号	评审标准	分值
商务标	1	类似业绩：投标人（或核心产品生产厂家）具有2019年11月至今的类似项目业绩，每提供一项得1分，最高得5分（以中标（成交）通知书或合同彩色扫描件为准）（业绩证明材料时间有效性以落款时间为准）	5
	2	认证证书：投标人（或核心产品生产厂家）具有有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系，提供一项得1分，最高得3分	3
技术标	1	技术参数响应情况：投标产品完全满足或优于招标文件中的技术指标要求的得22分。其中对标注“★”或“▲”的参数响应每出现一项负偏离扣0.5分，其他参数响应每出现一项负偏离扣0.2分，扣完为止。（注：技术参数中证明材料有具体要求的，须按照招标文件具体要求提供，未提供的视为负偏离；没有具体要求的，证明材料包括但不限于产品彩页或产品图片或网上截图或项目合同或产品检验报告或产品手册或制造商的技术参数确认函或技术偏离表等作为证明材料，未提供视为负偏离。“★”或“▲”为重要参数及要求，在评审中仅作为专家评审依据，不作为废标条款。）	22
	2	项目实施方案：投标人针对本项目，制定项目实施方案（含供货计划、人员配备、包装方案、运输方案、安装方案、验收方案等）①实施方案全面、科学合理、细节详尽、进度清晰可控、切实可行、充分考虑项目实际情况、完全满足项目需求的得10分；②实施方案较全面、科学合理、细节较详尽、较切实可行、进度较清晰可控、考虑项目实际情况、较满足项目需求的得8分；③实施方案基本全面、基本科学合理、基本可行、进度基本可控、基本满足项目需求的得5分；④实施方案不全面、合理性差、可行性差、内容简单空洞不清晰或出现明显错误的，部分满足项目需求的得1分；⑤实施方案不能满足项目需求或无实质性内容或未提供的得0分；	10
	3	质量、安全保证与管理方案：针对本项目提供质量、安全保证与管理方案应包含全面，但不限于产品渠道、生产过程、安全情况、质量保证体系和管理方案、措施等；①方案、措施科学合理、可行性强、全面完整、细节详尽，完全满足项目需求的得10分；②方案、措施基本合理、可行、基本完整，较满足项目基本需求的得8分；③方案、措施基本合理、稍有欠缺但可行，基本满足项目需求的得5分；④方案、措施不全面、内容简单空洞不清晰或出现明显错误的，部分满足项目需求的得1分；⑤方案、措施不能满足项目需求或无实质性内容或未提供的得0分。	10



4	售后服务方案：针对本项目提供售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、服务质量保证、人员调度及名单、质保期内、质保期外服务方式、服务电话、服务响应时间、备品备件、现场服务措施、应急解决措施等）。①方案内容完整详细，时间安排及时，人员调度合理，现场服务措施完善，应急措施可行性强、有针对性人员的得10分；②方案内容较完整，时间安排较及时，人员调度较为合理，现场服务措施较为完善，应急措施有可行性的得8分；③方案内容基本完整，时间安排及时，人员调度基本合理，有现场服务措施，应急措施可行性一般的得5分；④方案内容简单空洞或未完全满足项目需求的得1分；⑤无实质性内容或不提供方案的得0分。	10
5	人员培训方案：投标人针对本项目提供完善的人员培训方案（内容包括但不限于培训时长、培训次数、培训人员内容、培训安排等）①培训方案内容完整、内容充实详尽、不缺项少项、针对性强、突出项目特点及需求的得5分；②培训方案较完整、内容较充实，不缺项少项，针对性一般的得3分；③培训方案不详细，缺项少项，无针对性的得1分；④无实质性内容或未提供方案的得0分。	5
6	应急处置预案：投标人针对本项目制定应急处置预案。①预案内容详实、能充分考虑项目实施过程中可能出现的突发问题、并提出具体可靠应急处置措施的得5分；②预案较为详实、对项目施工过程中可能出现的突发问题有所考虑、所提出的应急处置措施较为合理有效的得3分；③预案不够具体，对项目实施过程中可能出现的突发问题考虑不够周全细致、所提出的应急处置措施过于简单的得1分；④无实质性内容或未提供方案的得0分。	5

价格评审

表-价格折算分值的办法

序号	内容	规则
1	评标价的确定	评标价=投标函文字报价
2	评标基准价确定的方式	投标人的有效报价的最低价作为评标基准价
3	报价得分	价格分总分：30分 $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} \div \text{投标报价}) \times \text{报价总分}$

2. 办法说明

本办法是根据设定的评标办法和评标价设置的参数生成，转换文件时自动附加到招标文件上



第四章 质疑和投诉

4.1 询问

供应商对政府采购活动事项和招标文件、招标结果有疑问的，可按公开招标公告中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构依法作出处理和答复。

询问的内容不属于采购人委托采购代理机构事项的，采购代理机构将依法告知供应商向采购人提出询问。

4.2 质疑

4.2.1 质疑人

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目政府采购活动的投标人。

4.2.2 提出质疑

供应商认为招标文件、招标过程、招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3 质疑形式

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。
- (2) 质疑项目的名称、编号。
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求。
- (4) 事实依据。
- (5) 必要的法律依据。
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.4 无效质疑

有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的。
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合招标文件要求的。
- (3) 未在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的。



(4) 法律法规规定的其他情形。

4.2.5 质疑答复

采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

4.3 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内以书面形式向财政部门投诉。

投诉提交方式：可通过函件、信件等方式线下提交，也可通过点击“兰州市财政局网站”（<http://czj.lanzhou.gov.cn/>）“政府采购在线投诉”按钮或“兰州政府采购网”（<http://czj.lanzhou.gov.cn:8089/index.html>）“兰州政府采购在线投诉处理电子平台”按钮线上提交。

受理投诉部门：兰州市财政局

地址：兰州市城关区中山路46号

联系电话：0931-8105030

4.4 行政复议或者行政诉讼

投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。



第五章 合同范本

政府采购合同（货物类待签样本）

政府采购合同（货物类待签样本）仅作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同同时对合同的相关条款及内容依法作进一步的细化和修改。样式附后。

201006JH055



政府采购合同

(货物类待签样本)

项目名称: _____

政府采购管理部门备案编号: _____

招标文件编号: _____

甲方合同编号: _____

甲方: _____

乙方: _____

签订时间: 年 月 日



根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，甲乙双方按照中标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：_____

货物名称、规格及数量详见“供货一览表”（后附）。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款（中标价格）：¥_____元，大写：_____
_____元。

分项报价见供货一览表。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件等发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于兰州市政府采购_____号的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）乙方提供的投标文件和投标报价表。
- （2）供货一览表。
- （3）交货地点一览表。
- （4）技术规格响应表。
- （5）投标承诺。
- （6）服务承诺。
- （7）中标通知书。
- （8）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方所提供的货物须是全新、未使用过的原装合格正品，是中标投标文



件提供的型号，实际并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 一般货物：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损。并运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 对运输条件有特殊要求的货物：必须满足国家规定标准和甲方采购需求。

3. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证

第七条 交货和验收

1. 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

如招标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在合同签订之日起_____日内将货物交付甲方。

其他特殊情形：_____

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者投标文件所响应的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：

(1) 初步验收：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

(2) 运行验收：_____

(2) 最终验收：满足采购及响应条件，支付剩余款项。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等相关资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的资料及配件等，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的_____个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6. 货物和系统调试验收的标准：按行业通用标准、厂方出厂标准和乙方投



标文件的响应情况（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、启动监督。

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物应按生产厂家的标准提供售后服务，招标文件有特殊要求的，应该按照招标文件条款执行；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，不得另行收取保修费用。（请分别列出：_____）

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五08:00-18:00）为_____时；非工作期间为_____小时。（特殊货物，例如服务器的故障响应时间为4小时）

（5）若货物故障在检修8个工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商后，再另行签订补充协议。

第九条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构交纳履约保证金_____元。

2. 履约保证金的有效期为甲乙双方签署验收单后的_____天，如超期未退还，则按照超出时间的银行利率支付保证金本息。

3. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除部分或全部履约保证金以弥补给甲方造成的损失。



4. 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在_____天内退还乙方。
5. 履约保证金交纳比例_____%。（利率以同期银行利率为准）
6. 履约保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳保证金。

第十条 货款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金系甲方自行支付，甲方应在乙方开具发票后的15个工作日内付款。
3. 如合同项下的采购资金系财政直接支付资金，甲方应在乙方开具发票后的15个工作日内向财政局提出申请。
4. 以上第2、3款款项的支付进度以磋商文件的有关规定为准。如磋商文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

上述第2、3款均仅支付至合同总价的_____%，余款_____%于货物或系统运行满_____个工作日内付清。

第十一条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的_____%违约金。
2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的_____%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的_____%。
3. 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价__%的违约金。
4. 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____%的滞纳金。如乙方逾期交货达_____天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额_____%的违约金。
6. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。如因不及时履约应按第3款赔偿甲方因此遭受的损失。
7. 乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的_____%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的_____%向甲方承担违约责任。



9. 乙方在承担以上第4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让、分包

依据招标文件有关要求执行。

第十四条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_____种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(2) 向_____仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式_____份。

3. 其他未尽事宜由双方签订补充协议。

4. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

地址：

地址：

邮编：

邮编：

电话：

电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：

签订日期：

特别说明：

1. 本范本根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定制定，项目的具体采购合同条款，由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票



单位名称相一致。

3. 甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

201006JH0555



第六章 投标文件格式

201006JH055



(项目名称)

投标文件

项目编号： _____

项目名称： (项目名称)

标包名称： _____

供应商名称： _____

供应商地址： _____

联系人： _____

联系电话： _____



目 录

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、分项报价表

四、开标一览表

五、资格审查资料

5.1 投标人信用查询记录符合要求，未被列入“信用中国”失信记录

5.2 公司营业执照

5.3 资格要求或资格承诺声明函

5.4 本项目的特定资格要求

六、技术规格偏离表

七、商务偏离表

八、响应材料质量标准的详细描述

九、技术支持资料

十、相关服务计划

十一、政策性支持

11.1 小微企业声明函

11.2 支持残疾人就业声明函

11.3 支持监狱企业发展声明函

十二、其他资料



一、投标函

_____（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了 _____（项目名称）第 _____包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） _____（¥ _____）的投标总报价（其中，增值税税率为 _____）提供 _____（设备材料名称及相关服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期90天内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7. _____（其他补充说明）。

投 标 人： _____

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： _____

（签字或者电子签章）

地 址： _____

网 址： _____

电 话： _____

传 真： _____

邮政编码： _____

_____年_____月_____日



二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

201006JH055



2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（盖单位章或者电子印章）

_____年_____月_____日



2.2 授权委托书

本人 _____（姓名）系 _____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证及委托代理人身份证

法定代表人（单位负责人）身份证正反面
委托代理人身份证正反面

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或者电子签章。

供 应 商：_____

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）：_____

（签字或者电子章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____

（签字或者电子签章）

身份证号码：_____

年 月 日



三、分项报价表

项目名称：__

采购包名称：__

项目编号：__

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家名称	单价	数量（台/套）	投标总价（元）	备注

合计金额（大写）：__

供应商名称：__（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）

投标日期：__

201006JH055



四、开标一览表

项目名称：__

采购包名称：__

项目编号：__

报价币种：人民币

项目名称	供货期	投标总价（元）	备注

总价：__

供应商名称：__（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）

投标日期：__

201006JH055



五、资格审查资料

201006JH055



5.1 投标人信用查询记录符合要求，未被列入“信用中国”失信记录

供应商为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“信用甘肃”网站(credit.gansu.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；（以提交投标文件截止时间当日资格审查环节“信用中国”网站和“中国政府采购网”查询结果为准，投标文件中不需提供相关网站截图）；

201006JH055



5.2 营业执照

投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（**原件彩色扫描件加盖本单位公章**）。

201006JH055



5.3 资格要求或资格承诺声明函

资格承诺声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位(盖单位章或电子印章)：_____

法定代表人或授权代表(签名或盖电子签章)：_____

日期：_____年____月____日

注：根据关于实施政府采购供应商资格承诺制相关适宜的通知兰财采【2021】27号文件，在市级政府采购项目中实施供应商资格承诺制。



投标人认为有必要提供的其他资格证明文件(如有)

(格式自拟)

201006JH055



5.4 本项目的特定资格要求

第一包投标人须具有医疗器械生产或经营许可证。第二包、第三包、第四包无特定资格要求。

201006JH055



六、技术规格偏离表

货物名称	条款号	招标文件技术 参数要求	投标响应技术 参数	备注	偏离情况

供应商名称： _____(盖单位章或电子印章)

法定代表人或其授权代表人： _____（签字或电子签章）

日 期： ____年__月__日



七、商务偏离表

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款	投标文件响应	偏离	说明

供应商名称：_____ (盖单位章或电子印章)

法定代表人或其授权代表人：_____ (签字或电子签章)

日 期：____年____月____日



八、响应材料质量标准的详细描述

201006JH0555



九、技术支持资料

201006JH055



十、相关服务计划

201006JH055



十一、政策支持

201006JH055



11.1 小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于__工业__（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于__工业__（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



11.2 支持残疾人就业声明函

201006JH055



11.3 支持监狱企业发展声明函

201006JH055



十二、其他资料

虚假应标承担责任声明

致：(采购人、采购代理机构)

我公司承诺所提供的投标文件(包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等)均真实有效，若在项目招标过程中(包括开评标、中标公示过程)及履行合同期间(包括验收过程)发现我公司产品(或服务)与投标(文件)不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件(虚假材料)，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

供应商名称(盖单位章或电子印章)：_____

法定代表人或授权代表人(签字或电子签章)：_____

日期：_____年____月____日



同意招标文件条款声明

致：(采购人、采购代理机构)

为响应你方组织的_____项目，项目编号为：_____第____包的招标采购，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改或更改(正)文件(如果有的话)和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供 应商的内容，我方同意招标文件的相关条款并承诺参与投标后不再对招标文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明。

供应商名称(盖单位章或电子印章)：_____

法定代表人或授权代表人(签字或电子签章)：_____

日期：_____年_____月_____日



第七章 采购需求

一、报价要求：

- 1.本项目投标币种为：人民币（元）
- 2.本项目投标报价应包括：设备（货物）的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、增值税费、检测、验收、技术和售后服务以及设备安装、调试、对接、使用过程中可能增加的零配件、备品备件、辅材辅料、零星工程等保障设备（货物）正常运行及使用的各项有关费用。（投标人应综合考虑设备（货物）价格）

二、采购清单及技术参数：

兰州市精神康复医院新开增容病区设备购置项目（第一包）采购清单

序号	货物名称/标的名称	单位	数量	技术参数
1	器械柜	台	8	1. 规格:900*400*1750mm: 2. 柜体为 306 不锈钢材质, 板材厚度 51.0mm, 不锈钢板表面光洁, 强度好, 具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理, 能抗指纹; 3. 上柜对开门安装厚度为 5mm 的高强度玻璃, 可在不开门的情况下查看柜内物品, 外形美观, 柜门内配置横隔板三件, 便于物品摆放; 4. 下层双开门柜带锁, 内分二层, 柜门拉手采用不锈钢弧形拉手, 美观大方。
2	药品柜	个	4	1. 规格: 900*400*1750mm; 2. 采用优质不锈钢管材。整体具有抗冲击、承载强、光亮如新等优质特点 3. 满焊与烧焊相结合全新焊接工艺, 配合专用焊丝, 使产品达到不开焊, 焊接表面平滑均匀, 美观坚固 4. 柜体上面为对开玻璃门, 有隔两层隔板。中间一操作台, 方便医护人员存取药品柜体下面配有两抽屉一对开门 5. 空间充足, 抽屉选用高强度国标三节静音滑轨, 推拉顺畅, 安静, 无噪音, 承载量大耗材置物架
3	小型药品冷藏柜	台	4	1. 容量:260L; 2. 制冷:循环风冷: 3. 温度:8-20 度冷藏 2-8 度 4. 一机双用, 阴凉/冷藏灵活切换. 门为双层钢化玻璃 5. 智能报警系统, 智能温控, 节能省电. 美观大方。
4	治疗床	张	4	1. 规格尺寸:1950*4750*750 mm 2. 床框:采用 30*60 mm 厚度≥1.0mm 的矩形钢材焊接而成, 。 3. 床腿:采用 32mm 厚度≥1.0mm 的钢管材焊接而成, 表面喷砂防腐蚀处理, 表面高压静电喷涂涂层。



				4. 床面:采用优质防水布面, 内衬高密度聚合板, 辅以 4cm 的海绵包制而成。易于清洗, 美观大方
5	治疗车	台	4	1. 规格:600*430*850mm: 2. 推车主体采用 1.0mm 优质不锈钢冷轧板(磨砂)整体焊接成型, 表面光洁, 强度好, 具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理, 能抗指纹: 3. 双层均为拉伸台面, 带不锈钢围栏, 下层组焊不锈钢支撑架; 4. 配 4 只 3 寸高级人造橡胶静音脚轮, 外罩包 ABS 防绕, 坚固耐用, 其中 2 只脚轮配置刹车, 可在任意状态下使用刹车功能
6	输液架	个	32	1. 不锈钢落地输液架, 左右旋转, 可自由伸缩 100mm/200mm: 2. ABS 多功能托盘, 可放置输液物品。 3. 360 度旋转静音橡胶刹车滑轮 4. 不锈钢五角带轮 2 勾
7	紫外线灯车+ 灯管	台	26	1. 万向轮:4*360 度橡胶轮。 2. 紫外线灯管型号和数量:ZW30S19W*2 3. 紫外线辐射波长:253. 7nm
8	病历夹推车	个	4	1. 整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成。 2. 配置四个优质静音耐磨万向脚轮, 推动轻松灵活。本车全部采用不锈钢精工制作, 具有防腐、易洗等优点。外形美观、设计合理、使用更方便 3. 带抽屉带锁, 单面推手, 精美大方。加厚钢板结实耐用。
9	病历夹	个	200	[尺寸]:长 33 mm, 宽 23 mm[厚度]:约 2. 55mm [材料]:ABS 材料制作 [颜色]:粉红色, 灰白色, 蓝色, 深蓝色银灰色苹果(多种颜色)
10	住院病人一 览表	架	4	1. 挂式加厚不锈钢 60 位: 2. 可自由伸缩高 46 mm/长 45 mm
11	轮椅	台	8	1. 升级液压-牛津布款扶手可拆卸, 腿托可拆卸旋转, 车架材质高碳钢, 2. 一捏即躺。铝合金车圈后轮, 可坐可半躺, 耐磨牛津布可拆卸加高靠背免充气防爆轮胎
12	氧气瓶+流量 表+湿化瓶	组	4	钢制无缝气瓶 使用环境温度:-20 至 60 度公称工作压力:15MPa 水压试验压力:22. 5MPa 气密试验压力:15MPa 充装介质:永久气体、公称容积:40L 使用环境温度:-20 至 60 度公称工作压力:15MPa 水压试验压力:22. 5MPa 气密试验压力:15MPa 转接管路需材质为铁或铜制
13	电针治疗仪	台	4	1. 输出脉冲波形:非对称双向脉冲波, 分连续波, 断续波以及疏密波 2. 输出脉冲路数:六路输出 3. 输出脉冲频率:连续波频率 1-100Hz 连续可调;断续波频率 1-100Hz 连续可调, 断波时间为 10 秒, 续波时间为 30 秒;疏密波:疏波频率是密波频率的 1/5, 密波频率为 5-100Hz 可调, 疏波时间为 10 秒, 密波时间为 15 秒。 4. 输出脉冲幅度:0-50V 可调。



				<div>5. 输出脉冲宽度:小于、等于 1ms。</div> <div>6. 电源电压:DC9V。</div> <div>7. 针灸身体穴位使用器械为:针灸针或针灸针+胸贴</div>
14	心电监护仪	台	4	<div>外观设计</div> <div>便携一体式监护仪，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。</div> <div>主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。</div> <div>≥10 英寸彩色 LED 背光液晶屏，屏幕分辨率 800*600。</div> <div>标配锂电池工作时间≥4 小时，可选大容量锂电池工作时间≥8 小时。</div> <div>安全规格：ECG，RESP，TEMP，SpO2，NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤 CF 型。</div> <div>主机使用寿命≥10 年。</div> <div>整机防水等级 IPX1，SP02 模块 IPX2。</div> <div>监测参数</div> <div>标配心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等参数。</div> <div>心电：</div> <div>标配 3/5 导心电；</div> <div>具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；</div> <div>具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV</div> <div>共模抑制能力>106db；</div> <div>具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；</div> <div>≥38 种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min 等；</div> <div>具有 ST 段分析和 ST View 功能，可实时监测 ST 段，评估心肌缺血情况；</div> <div>具有 QT/QTc 测量功能。</div> <div>血氧：</div> <div>血氧测量范围：0%-100%；</div> <div>脉率测量范围：20bpm-300bpm；</div> <div>标配 PI 血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率 0.01%；</div> <div>具有与 NIBP 同侧测量功能。</div> <div>无创血压：</div> <div>测量范围：</div> <div>成人：收缩压 25mmHg-290mmHg，舒张压 10mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg-260mmHg；</div> <div>小儿：收缩压 25mmHg-240mmHg，舒张压 10mmHg-200mmHg，平均压 15mmHg-215mmHg；</div> <div>新生儿：收缩压 25mmHg-140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg-125mmHg；</div> <div>血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；</div>



				<p>具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；</p> <p>具有辅助静脉穿刺功能。</p> <p>体温：</p> <p>具有双通道体温监测，可提供体温差值显示；</p> <p>支持体表和腔内两种体温探头类型。</p> <p>软件功能</p> <p>支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG 全屏、ECG 半屏、单血氧等多种界面；</p> <p>用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；</p> <p>支持计时器功能，可以同时显示最多 4 个计时器；</p> <p>支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；</p> <p>计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算功能；</p> <p>支持不小于 2400 小时趋势图/表、3500 组 NIBP 列表、2500 组报警事件、72 小时全息波形、48 小时心律失常数据的存储和回顾；</p> <p>具备监护、待机，演示、体外循环、插管、隐私和夜间等工作模式。</p>
15	吸痰器	台	4	<p>负压调节范围:0.01Mpa-负值</p> <p>输入功率:90Va 抽气速度:≥15L/ min</p> <p>熔丝管:RD15*20/1.5A 贮液瓶:1000ml、1 只</p> <p>噪声:≤65db(A) 大气压力范围:860hpa-1060hpa</p> <p>环境温度范围:-40℃~+55℃ 负压值:≥0.075 Mpa</p>
16	雾化吸入器	台	4	<p>净重:约 1.5kg</p> <p>平均雾化量:≥0.2ml/ min 药液残留:≤0.7ml</p> <p>雾化颗粒:雾化器生产的雾粒直径 1um~5um 所占比例>60%工作气压:60kPa~130kPa 功率:130VA</p> <p>电源:AC200V, 50Hz</p> <p>噪音小:≤65db(A 计权)</p>
17	震荡排痰机	台	4	<p>1、产品组成：主机、双空气导管、气囊背心</p> <p>2、数码管高清显示，各角度都可清晰查看治疗参数；橡胶按键操作，每个参数变量有单独的按键与其对应，并具有紧急停止按键</p> <p>3、压力 1-30mmHg 可调，步进 1mmHg，≥29 级可调</p> <p>4、频率 1-20Hz 连续可调，步进 1Hz</p> <p>5、时间 1-99min 可调，步进 1min</p> <p>6、噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)</p> <p>7、≥7 种工作模式：常规模式（治疗中频率和压力可随时调节，且治疗结束后自动保存本次治疗参数）、3 种梯度模式（在运行过程中可调节治疗档位和治疗压力）、3 种循环模式（在运行过程中可调节治疗档位和治疗压力）</p> <p>8、可选配电动线控手柄，通过电动线控手柄中断/恢复振动排痰治疗</p>



				<p>9、咳嗽自动暂停功能：咳嗽暂停时间为 10 秒-5 分钟可调</p> <p>10、压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性</p> <p>11、具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥3000 条历史治疗信息</p> <p>12、具有无线扩展功能</p> <p>13、可选配手机遥控功能，通过手机遥控中断 /恢复治疗</p> <p>14、可选配血氧模块，显示血氧饱和度和脉率</p> <p>15、可选配刷卡启动功能，刷卡启动治疗</p> <p>16、双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头，管路闭合严密，不易损坏</p> <p>17、有背心式或胸带式气囊背心，可选配重复性使用和单人使用的气囊背心，规格型号≥7 种，适用各年龄段及不同体型人群</p> <p>18、气囊背胸前胸 V 型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装；可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染</p> <p>19、入选优秀国产医疗设备产品目录</p>
18	电烤灯	个	4	<p>额定功率:260w</p> <p>光谱波长:2UM-25UM 额定电压:220V~50Hz 安全等级:二类医疗器械定时范围:0~60 分钟功能:电磁波+红外线加热方式:红外线加热器</p>
19	急救转运呼吸机	台	4	<p>1. 用于成人、小儿以及婴幼儿(体重≥10kg)的急救转运呼吸机(提供产品注册证明文件)。</p> <p>2. 气动电控呼吸机，气源压力范围 2.7~6 bar。</p> <p>3. 主机重量小于 1.5kg。</p> <p>4. 具有≥3.5 英寸 TFT 彩色屏幕，分辨率 320*240。</p> <p>5. 具备三防功能(主机 IP34 级防水防尘，能承受最高从 75cm 的高度下落的冲击)。</p> <p>6. ★运行环境:温度:-18 至 50 摄氏度，大气压:62-110kPa，适用于各种恶劣野外环境中完成抢救转运工作。</p> <p>7. 标配急救包，方便转运，可配专用配件适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案，可随气瓶固定于床边、救护车及病房墙壁。</p> <p>8. 标配可充电锂电池，连续使用时间≥11 小时。</p> <p>9. 具备语音导航功能(中/英双语)，引导医务人员快速正确连接管路，启动通气。</p> <p>10. 通气模式:IPPV, Assist.</p> <p>11. ★具有手动呼吸功能。</p> <p>12. 同时具备有创呼吸支持及无创面罩通气功能。</p> <p>13. ★具有 CPR 功能，提供胸外按压同步提示音，便于医务人员控制按压节律，心肺复苏呼吸提供通气，提高抢救成功率。</p> <p>14. ★屏幕可同时显示监测:P-T 波形，气道峰压，平均压，PEEP，呼吸频率。</p> <p>15. 氧浓度调节档位:Air Mix、No Air Mix, 2 个档位:Air Mix 档</p> <p>输出氧浓度≥55 vol.%, No Air Mix 档为纯氧。</p> <p>16. 分钟通气量 3~20L/min 连续可调。</p> <p>17. 呼吸频率 5-40/min，连续可调。吸呼比为 1:1.67。</p> <p>18. 吸气触发灵敏度:压力触发-2mbar。</p>



				19. 配备手调 PEEP 阀, 可以连续调节 PEEP 参数。 报警功能: 具有声音/灯光/文字三种报警提示。通气过程中出现生理报警和技术报警, 有相应语音提示, 快捷排查报警原因。
20	血糖仪	台	4	产品信息技术参数 加样量: 1u L 测试时间: 10 秒 测试范围: 1.1~33.3mmol/L 血球容积比范围: 30~55% 血糖浓度单位: mmol/L 显示结果: 血浆血糖值 测试样本: 新鲜毛细血管全血和静脉全血 操作温度: 5~45℃ 操作相对湿度: 20~90% (不冷凝) 记忆值: 100 个测试结果 AST 技术: 指尖、手掌和前臂多部位采血
21	水银血压计	个	4	显示方式: 标尺双刻度显示 测量范围: 0-300mmHG 产品尺寸: 350*95*48mm 允许误差: 3.73mmHg
22	电子血压计	台	4	1、测量方法精准的示波法, 准确度与水银血压计相同。 2、液晶 LED 界面提供测量姿势动画并进行操作数字显示。 3、测位置左右上臂血压 4、手臂周长 18-42cm 以上 5、压力显示范围 0-299mmHg 脉搏 30-200bpm 6、测量范围, 血压: 40-260mmhg 脉搏数: 40~180 拍/min 7、测量精度压力精度: $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{KPa}$), 脉搏测量精度 $\pm 2\%$, 6、种语音播报测量结果有 8、超压保护压力超过 300mmHg 时, 急速排气保护。急速排气时间不大于 10 秒 9、抗菌设计对应外壳: 抗菌树脂, 袖带: 抗菌布套 10、操作环境温度 $+5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$, 湿度 15%RH~85%RH, 11、储存环境温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim60^{\circ}\text{C}$, 湿度 10%RH~95%RH
23	听诊器	个	12	导管长度: 从三通到听诊头的长度约为 50cm 听诊头直径: 36mm 主要材料: 钢材塑料管弹簧片
24	体温枪	把	8	测量方式: 非接触式测量距离: 1-3cm 测量范围: $32.0^{\circ}\text{C}\sim43.0^{\circ}\text{C}$ 记忆数据: 50 组自动关机: ≤ 30 秒显示分辨率: 0.1°C 电源: d. c. 3v (2 节 AAA 电池) 显示单位: 摄氏度 ($^{\circ}\text{C}$)/华氏度
25	约束带 (条形布制)	条	40	手腕脚腕通用约束带软绵材质, 舒适约束带长 260cm 宽 5cm
26	磁扣腰带	条	8	1. 使用快捷方便, 可根据使用者手腕和脚腕的粗细任意调节大小, 约束带与使用者接触面积大, 不影响人体的血液循环, 使用安全, 不会对使用者的皮肤、肌肉造成任何伤害, 使用者相互间不能私自打开, 需使用专用钥匙方能打开。 2. 主要由特制黑色工业织带 (黑色加厚尼龙, 宽 50, 四层) 与加固特制不锈钢专用锁, 外包装上进口弹力棉包在外面, 采用特种加固缝制工艺组合制成, 牢固、耐用、安全, 不会给被约束者造成损伤。



				<p>3. 专用锁扣调节板:不锈钢材料厚 2, 档位调节板:长 80 宽 45, 共五个档位孔。</p> <p>4. 产品组成:一条安全带、两个锁扣、两个锁钉</p> <p>产品用途:患者束缚和定位于床上</p> <p>性能:身体约束患者, 可按需要调节左右</p>
27	心电图机	台	2	<p>1. 噪声电平:≤15uVp-p</p> <p>2. ★频率特性:0.05Hz-150Hz</p> <p>3. 时间常数:≥5S</p> <p>4. 输入回路电流:≤50nA</p> <p>5. ★耐极化电压:±650mV</p> <p>6. 共模拟制比:≥105dB</p> <p>7. 心率测量范围应为 30~300bpm, 测量精度为±1bpm 或±1%。</p> <p>8. 具有自动、手动、节律三种显示功能。</p> <p>9. 记录速度:5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s, 误差:±2%。</p> <p>10. ★灵敏度(增益):2.5mm/mv、5mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、20/10mm/mv、10/5 mm/mv, AGC(自动)。</p> <p>11. ★≥10 英寸 TFT 触摸屏, 全竖屏显示。</p> <p>12. ★支持手写中文输入。</p> <p>13. ★可回顾 10 分钟的 12 导联心电图波形。</p> <p>14. 可存储 10000 份病例。</p> <p>15. ★具有病历搜索功能, 支持姓名、ID 号模糊搜索。</p> <p>16. 具有导联连接示意图, 能准确判定接触不良的电极, 提示各个导联脱落的信息。</p> <p>17. 支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪。</p> <p>18. ★具有待机自动唤醒, 定时关机功能。</p> <p>19. 支持内置 WIFI 模块。</p> <p>20. 通过 CFDA、CE 认证。</p>
28	五分类血球分析仪+CRP	台	1	<p>1. ★仪器要求为全自动血细胞分析仪, 可实现一机检测血常规、CRP、SAA 等大于 6 种检测模式;</p> <p>2. 为保证检测结果准确, 采用三角度激光散射技术, 通过双通道实现白细胞五分类检测;</p> <p>3. CBC+DIFF 检测速度≥90 样本/小时, CBC+DIFF+CRP 检测速度≥60 样本/小时, CBC+DIFF+CRP+SAA 检测速度≥40 样本/小时;</p> <p>4. 全血检测用量: CBC+DIFF+CRP+SAA 模式≤35 μL;</p> <p>5. 仪器能提供报告参数≥29 项(不含散点图、直方图等);</p> <p>6. 为保证检测结果准确, 要求红细胞及血小板检测原理为:鞘流阻抗法;</p> <p>7. 样本模式:全血模式、预稀释模式、末梢全血模式;</p> <p>8. ★标配全自动样本进样装置, 能实现标本自动封闭穿刺, 自动批量进样, 并具备急诊标本优先插入进样功能。选配全自动末梢血批量进样功能,</p>



				<p>仪器自动混匀末梢血样本，仪器自动进样；</p> <p>9. ★进样器容量:一次可同时装载≥60 个样本。</p> <p>10. ★重复性:WBC:≤2.0%,RBC:≤1.0%，HGB:≤1.0%，PLT:≤4.0%；</p> <p>11. 研究性参数≥7 项，实现异常细胞的识别及报警功能；</p> <p>12. 为保证光源的寿命和稳定性，光源要求为:半导体激光光源；</p> <p>13. 试剂管理:有试剂用量监测和提示功能；</p> <p>14.HGB 检测方法应当与氰化高铁血红蛋白检测法相关性良好，同时试剂应具备无毒优势，保障科室人员的生物安全性；</p> <p>15. 仪器能与医院的 HIS、LIS 数据管理系统实现双向无缝连接；</p> <p>16. 内置冷藏系统存储 CRP 试剂，关机后保持冷藏功能。</p> <p>17. 采样针具有防抵死功能，可减少堵孔及提高吸样准确性。</p> <p>18. 输出不少于 3 个散点图。</p> <p>19. 提供与仪器同品牌、原厂配套经 NMPA 注册的质控品和校准品。要求原厂校准品经 CNAS 血液学参考实验室赋值，并能提供可溯源性文献，保证分析质量。</p> <p>20. 售后服务:2 小时响应</p> <p>21. 试剂必须通过药品与医用耗材招采管理子系统线上采购</p>
29	电解质分析仪	台	1	<p>1、大于 5 英寸真彩色高清触摸屏，人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除</p> <p>2、功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正</p> <p>3、样本类型:血清</p> <p>4、先进的泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现象；</p> <p>5、一键式全方位维护操作，免除操作者繁杂工作及确保仪器最优工作状态；</p> <p>6、具有过滤气泡功能，完全排除样品中产生的气泡</p> <p>7、质控功能:≥3 个水平质控。</p> <p>8、检测和计算项目:K+、Na +、Cl-、Ca2+、pH、nCa 、TCa 等多种参数组合；</p> <p>9、较低的样品耗量:80uL~150uL，电解质项目从吸样到显示结果≤25 秒；</p> <p>10、断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量>5000；</p> <p>11、支持 RS232 串口网络联网，标配外置条码扫描；</p> <p>12、自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入；</p> <p>13、一体化试剂包，降低生物污染风险，符合环保要求(MG)；</p> <p>14、独特的背光式电极观察窗，让检测一目了然；</p> <p>15、★试剂余量报警，条码耗材控制技术。</p> <p>16、★配置自动进样盘，自动进样盘具有≥3 个急诊测试位，≥3 个质控测试位，≥25 个样品测试位;进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，内置条码扫描可选；</p> <p>17、仪器能与医院的 HIS、LIS 数据管理系统实现双向无缝连接</p>



				<div>18、测量范围和精度： 项目 测量范围 精密度(CV 值) K⁺ +0.5-15.0mmol/L ≤1.0% Na⁺ +20.0-200.0 mmol / L ≤1.0% CL⁻ 20.0-200.0 mmol/ L ≤1.0% Ca²⁺ 0.1-5.0 mmol/L ≤1.5% PH 6.0-9.0 ≤1.0% 19、工作条件:工作温度:10℃-40℃相对湿度:≤78% 20、售后服务:2 小时响应 21、试剂必须通过药品与医用耗材招采管理子系统线上采购</div>
30	血沉分析仪	台	1	<div>1. 测量方式:光电法; 2. ★测量时间:30 分钟/60 分钟; 3. 测量孔位:≥40 孔; 4. 测量误差:≤±0.5mm/h; 5. ★测量项目:血沉值、压积值、方程 K 值、动态沉降曲线、Vm 红细胞最大沉降速度及 Tm 红细胞最大沉降速度终末时间(可选); 6. 操作方法:采集新鲜抗凝血标本,直接插入血沉仪中,仪器将自动分析得到各项结果; 7. 报告单打印内容:血沉值、压积值、血沉方程 K 值、血沉动态曲线; 8. 真空采血管直接上机,魏氏结果; 9. 每一个测试孔位独立工作,标本可随到随测,不用等待; 10. ★数据存储量:≥1000 个; 11. ★可连接电脑打印; 12. 数据接口:RS232 标准接口,可与计算机联网。 13. 售后服务:2 小时响应</div>
31	等离子体空气消毒机	台	8	<div>1. 应用场所:医疗场所的二类、三类、四类环境; 2. 消毒方式:等离子体; 3. 安装方式:柜式; 4. 适用范围:≤150 m3 5. 噪声 dB (A):≤55dB; 6. 循环风量:≥1250m/h; 7. 电源要求:工作电源:AC220V, 50/60Hz; 8. 人机共存:动态消毒机,人机共存使用,不生成二次污染; 9. 臭氧残留量:≤0.004mg/m3(提供检测报告); 10. ★消毒效果:设备持续工作 1 小时,可使 150m3 房间空气中的自然菌的消亡率≥90%,实际平均值≥98%、30min/10 m²空气中的白色葡萄球菌</div>



				<p>杀灭率≥99.90%、气雾室中 H1N1/流感病毒 FM4.02 去除率>99.95%;(提供检测报告);</p> <p>11. ★消毒效果:对冠状病毒 HCoV-229E 清除率≥99.99%、对肺炎克雷伯氏菌的杀灭率>99.90%(提供检测报告);</p> <p>12. ★等离子体发生器:洁净空气量(颗粒物)>800 m³/h、净化能效(颗粒物)>3.4 m³/(W·h)达到合格级、累计净化量达到 P4 级、颗粒物去除率>99.98%(提供检测报告);</p> <p>13. ★等离子体发生器:洁净空气量(甲醛)>400 m³/h、净化能效(甲醛)>1.2m³/(W·h) 达到高效级、累计净化量达到 F4 级、对甲醛、氨、苯、二甲苯、TVOC 的去除率≥97%(提供检测报告);</p> <p>14. 150 m³ 实验舱工作 60min 后空气中的悬浮物洁净级别达到十万级(提供检测报告);</p> <p>15. ★等离子体发生器为阻燃材料,阻燃等级要求达到 V-0(提供检测报告);</p> <p>16. 等离子体密度分布 8.79X10¹⁷ m⁻³~2.79X10¹⁸ m⁻³(提供检测报告);</p> <p>17. ★核心组件设计寿命大于等于 4 万小时;(提供检测报告);</p> <p>18. ★显示要求:设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态及 PM2.5(提供宣传彩页或演示视频资料等证明材料);</p> <p>19. 多档风速可调:提供手动、智能、预约三种工作模式供用户选择;</p> <p>20. 智能提示:具备故障报警、滤网过期提示功能;</p> <p>21. 程控数量:程控程序数量不低于 5 组;</p> <p>22. 产品证件:提供卫生安全评价报告。</p>
32	急救推车	台	4	<p>规格:630*400*840MM</p> <p>1. 采用优质不锈钢管材。整车具有抗冲击、承载强、光亮如新等优质特点。</p> <p>2. 满焊与烧焊相结合全新焊接工艺,配合专用焊丝,产品达到不开焊,表面平滑均匀</p> <p>3. 板材厚度 0.80MM,保证耐用、车体表面平整。</p> <p>4. 上盖里面有放置针剂的布袋,中间双抽屉,下面对开门。</p> <p>5. 空间充足,抽屉选用高强度国标三节静音滑轨,推拉顺畅,安静,无噪音,承载量大;</p> <p>6. 推车搭载静音医用脚轮,不脱胶、高精度深沟轴承,转动轻便,配置出静音效果。</p>
33	抢救推车	辆	4	<p>1. 规格:1900*530*360-900mm;</p> <p>2. 全铝合金管材制作,操作轻便,配高密度海绵垫;</p> <p>3. 车体可整体折叠,担架配翻折式护栏,担架面带轮子,适合病员在救护车内外的转运;</p> <p>4. 推车配高档静音脚轮。</p>
34	叩诊锤	把	12	<p>1. 不锈钢叩诊锤</p> <p>2. 医用常备 使用便捷</p> <p>3. 180° 开合角度</p> <p>4. 锤头塑胶材质</p>
35	开口器	个	4	<p>1. 不锈钢开口器</p> <p>2. 长度:120mm</p> <p>3. 宽度:75mm</p>



				4. 开口角塑胶材质
36	约束床	张	8	<p>根据人体结构设计合理，更加人性、坚固、加宽、加长，牢固耐用、安全不会给被约束着造成损伤，被约束者无论怎样躁动都不会对其身体造成伤害，一套包括:主床头、床架、床尾、床板，床垫(质量好，不易毁坏)、固定约束带一套(包括两个手约束带，两个脚约束带)专用钥匙两个。安装即可使用。</p> <p>1. 材料标准尺寸(毫米):主床采用全不锈钢管(#202 材质)加厚、加粗。主床架管臂厚度:2.0。主要床架银白色金属光泽，床表平整光滑，色泽均匀(外宽:1190)(总长 2140)(床头高:885)(床尾:510)(床架高 500)(外围 C38 圆管、主框架 75*45 长方管，中间格拦 38*38 方管，床头和床尾用 C50 圆管和 C38 的圆管，床接头用角钢 50*50 加 C10*40 的标准螺栓连接。不锈钢管抗拉强度$\geq 235\text{MPa}$。焊缝抗拉强度$\geq 235\text{MPa}$。</p> <p>2. 床板:加厚防腐蚀木料、加长、加宽，厚 35 毫米，尺寸 1910*910，床板承受压力 30g/cm。</p> <p>3. 床垫:加厚、双面使用:一面是海绵，一面是机械平板棕垫。尺寸 1000*2000。</p> <p>4. 专用约束带:固定在床上手脚部位，分别有两个手约束带、两个脚约束带。由黑色特种加厚工业尼龙织带加特制不锈钢专用锁、外加进口弹力棉包在外面，加黑色粘扣组合制成。</p> <p>5. 专用钥匙:全不锈钢包身坚固耐用。</p>
37	医废垃圾桶	个	20	<p>1. 一次注塑成型(聚乙烯)</p> <p>2. 长度:260mm</p> <p>3. 宽度:260mm</p> <p>4. 高度:355mm</p>