

政府采购货物买卖合同

号: 2025HTBA00073

项目名称: 庆阳市人民医院医用吊塔等医疗设备采购项目（二包）

三次

合同编号: QYZC2025-0044

甲 方: 庆阳市人民医院

乙 方: 四川捷定医疗科技有限公司

签订时间: 2025.4.23

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标段、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同书

甲方（全称）：庆阳市人民医院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：四川捷定医疗科技有限公司（供应商）

乙方2（全称）：/（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：庆阳市人民医院医用吊塔等医疗设备采购项目（二包）三次

（2）采购项目编号：QYZC2025-0044

（3）项目内容：

序号	货物名称	品牌	型号	生产厂家	单位	数量	单价	总价
1	机械单臂外科塔	太阳龙	YDT-XJ	湖南太阳龙医疗科技有限公司	套	12	14500.00	174000.00
2	机械单臂麻醉塔	太阳龙	YDT-XJ	湖南太阳龙医疗科技有限公司	套	6	14500.00	87000.00
3	机械双臂外科塔	太阳龙	YDT-XJ-1	湖南太阳龙医疗科技有限公司	套	22	16500.00	363000.00
4	机械双臂麻醉塔	太阳龙	YDT-XJ-1	湖南太阳龙医疗科技有限公司	套	35	16500.00	577500.00
5	干湿分离吊塔	太阳龙	YDT-DQ	湖南太阳龙医疗科技有限公司	套	69	31500.00	2173500.00
6	医疗柱(单)	太阳龙	YDT-YZ	湖南太阳龙医疗科技有限公司	套	40	14500.00	580000.00
7	医疗柱(双)	太阳龙	YDT-YZ	湖南太阳龙医疗科技有限公司	套	23	15000.00	345000.00
8	腔镜塔	太阳龙	YDT-QJ	湖南太阳龙医疗科技有限公司	套	22	16800.00	369600.00
9	合计：	大写金额： <u>肆佰陆拾陆万玖仟陆佰元整</u> 小写金额： <u>4669600.00</u> 元						

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

（5）政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：/

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

（7）合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：/

分包供应商/制造商名称（如供应商/制造商名称，请填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商/制造商名称，请填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业 ☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：4669600.00

大写：肆佰陆拾陆万玖仟陆佰元整

分包金额（如有）小写：_____ / _____

大写：_____ / _____（注：固定单价合同应填写单价和

最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：签订合同后支付合同货款的30%，即1400880.00元，经安装调试、验收合格后支付合同货款的67%，即3128632.00元；剩余3%的货款作为质量保证金，质保期满后无质量问题由甲方一次支付。（注：质保期满七年后付尾款140088.00元）

其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

□成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

□绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 履约地点: 庆阳市人民医院

(2) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: /

收取履约保证金金额: /

履约担保期限: /

(3) 分期履行要求: /

(4) 风险处置措施和替代方案: /

(5) 供货期限: 合同签订后, 根据医院现场装修进度分批次进行供货, 安装调试。每批次设备由医院签字确认后次日起30日内供货。

(6) 质保期: 自项目验收合格之日起计算。

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 庆阳市人民医院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: / ☒否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式) ☒否

验收组织的其他事项: /

(2) 履约验收时间: 安装调试完成, 正常使用60天后

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 乙方供应商提出验收申请之日起2周内组织验收

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: 按国家标准和行业规范验收

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项: /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件, 图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同确定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签字盖章完成之日起即 生效。

7. 合同份数

本合同一式 8 份, 甲方执 6 份, 乙方执 2 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025 年 4 月 23 日

合同订立地点: 庆阳市人民医院

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方 (采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方)		乙方 (供应商)	
单位名称 (公章或合同章)	庆阳市人民医院	单位名称 (公章或合同章)	四川捷定医疗科技有限公司
法定代表人 (签章) 或委托代理人 (签章)		法定代表人 (签章) 或委托代理人 (签章)	
住 所	庆阳市西峰区兰州路30号	住 所	四川省成都市青羊区光华东三路486号4栋1单元7层712号
联 系 人		联 系 人	郭继佳
联系电话		联系电话	028-80800022
通信地址	甘肃省庆阳市西峰区兰州路30号	通信地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号4栋1单元7层712号
邮政编码	745000	邮政编码	610031
电子邮箱		电子邮箱	scjdytkj@163.com
统一社会信用代码	126228004390512505	统一社会信用代码	91510105MA68M6U10U
		开户名称	四川捷定医疗科技有限公司
		开户银行	兰州银行民大支行
		银行账号	1018 9200 0645 885
鉴证方 (盖章): 甘肃大凡项目管理有限公司			
地址: 庆阳市西峰区庆化大道7号			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款1】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或延迟支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在**知识产权等权利瑕疵**。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，**均由乙方承担全部责任**。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有**知识产权或经权利人合法授权**，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，**有权向乙方追偿**。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的**国家秘密、工作秘密、商业秘密**或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照**国库集中支付制度及财政管理相关规定**执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后**10个工作日内**将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者**金融机构、担保机构**出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付**违约金**，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定**无须承担**外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动**监督及技术支持**；

(2) 提供货物组装和维修所需的**专用工具和辅助材料**；

(3) 在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在**质量保证期**内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的**安装、启动、运营、维护、废弃处置**等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者**《政府采购合同专用条款》**约定,货物在有效使用年限届满后应予回收的,乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;

(6) **《政府采购合同专用条款》**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中,甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷,甲方有权要求乙方根据**《政府采购合同专用条款》**要求及时修理、更换,并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中,如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时,应及时以书面形式将迟延的事实,可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按**《政府采购合同专用条款》**规定执行。如果涉及公共利益,且赔偿金额无法弥补公共利益损失,甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担**《政府采购合同专用条款》**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**《政府采购合同专用条款》**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要的,可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中,如果乙方出现以下情形之一的:1. 经营状况严重恶化;2. 转移财产、抽逃资金,以逃避债务;3. 丧失商业信誉;4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行;乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的,视为拒绝继续履约,甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容,属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的,有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策,通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同,应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中,要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的,须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决,均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的,双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等,应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的,应当在变更后3日内及时书面通知对方,对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式,传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效,两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	/
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	对供货过程中造成的轻微损坏,由乙方3个工作日内及时作出修补;对于供货过程中货物损坏严重,造成安全隐患的,乙方10个工作日内应无条件完成更换;更换的货物必须以同样型号的货物,并在使用方规定的时间内予以更换。
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	乙方供应商提出验收申请之日起3个工作日内组织验收
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	验收合格后,进行安装、调试并对操作人员进行免费培训,达到熟练掌握设备操作方法及对设备简单故障进行维修。
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	双方同时履行
第二节 第7.1款	包装特殊要求	/
	指定现场	庆阳市人民医院
第二节 第7.2款	运输特殊要求	/
第二节 第7.3款	保险要求	/
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	验收合格之日起质保7年。
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷响应时间	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷,或乙方供货过程中造成的轻微损坏,由乙方3个工作日内及时作出修补;对于供货过程中货物损坏严重,造成安全隐患的,乙方10个工作日内应无条件完成更换,并承担由此给甲方造成的损失。

第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	合同涉及的所有内容
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	签订合同后支付合同货款的30%，即 <u>1400880.00元</u> ，经安装调试、验收合格后支付合同货款的67%，即 <u>3128632.00元</u> ；剩余3%的货款作为质量保证金，质保期满后无质量问题由甲方一次支付。（注：质保期七年后付尾款 <u>140088.00元</u> ）
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	货物质保期限内免费维修维护。
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	（1）货物的现场移动、安装、调试、启动及技术支持 （2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料 （3）在约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务； （4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训。
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。 （2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相

3、机械双臂麻醉塔（消化内科）

产品名称：双臂麻醉塔（消化内科）

型号：YDT-XJ-1

配 置	数量、规格
终端箱体（柱式）	1个
仪器平台（高度可调）	2层
气体终端（含插座）	氧气2个
	负压吸引2个
	压缩空气2个
	二氧化碳2个
国标电源插座（220V，10A）	8个
等电位接地端子	2个
抽屉	1个
网络接口（RJ45）	2个
不锈钢可调输液杆、注射泵组合架	1个
储物篓	1个

4、机械双臂麻醉塔（超声医学科）

产品名称：双臂麻醉塔（超声医学科）

型号：YDT-XJ-1

配 置	数量、规格
终端箱体（柱式）	1个
仪器平台（高度可调）	2层
气体终端（含插座）	氧气2个
	负压吸引2个
	压缩空气2个
	废气排放1个
国标电源插座（220V，10A）	8个
等电位接地端子	2个
抽屉	1个
网络接口（RJ45）	4个
不锈钢可调输液杆、注射泵组合架	1个
储物篓	1个

		关服务, 甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	甲方存在延迟支付乙方合同款项的, 应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
第二节 第15.4款	其他违约责任	/
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第(2)种方式解决: (1) 向 <u>项目所在地</u> 仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为 <u>庆阳市</u> ; (2) 向 <u>庆阳市</u> 人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	/

附件1：配置清单（以同医院根据现场条件及满足临床需求沟通的最终配置为准）

一、医用吊塔

1、机械单臂麻醉塔（口腔科）

产品名称：单臂麻醉塔（口腔科）

型号：YDT-XJ

配 置	数量、规格
终端箱体（柱式）	1个
仪器平台（高度可调）	2层
气体终端（含插座）	氧气2个
	负压吸引2个
	压缩空气2个
国标电源插座（220V，10A）	6个
等电位接地端子	2个
抽屉	1个
网络接口（RJ45）	2个
不锈钢可调输液杆、注射泵组合架	1个
储物篮	1个

2、机械单臂麻醉塔（消化内科）

产品名称：单臂麻醉塔（消化内科）

型号：YDT-XJ

配 置	数量、规格
终端箱体（柱式）	1个
仪器平台（高度可调）	2层
气体终端（含插座）	氧气2个
	负压吸引2个
	压缩空气2个
	二氧化碳2个
国标电源插座（220V，10A）	6个
等电位接地端子	2个
抽屉	1个
网络接口（RJ45）	2个
不锈钢可调输液杆、注射泵组合架	1个
储物篮	1个

5、机械双臂麻醉塔（妇科门诊）

产品名称：双臂麻醉塔（妇科门诊）

型号：YDT-XJ-1

配 置	数量、规格
终端箱体（柱式）	1个
仪器平台（高度可调）	2层
气体终端（含插座）	氧气2个
	负压吸引2个
	压缩空气2个
	氮气2个
	废气排放1个
国标电源插座（220V，10A）	8个
等电位接地端子	2个
抽屉	1个
网络接口（RJ45）	4个
不锈钢可调输液杆、注射泵组合架	1个
储物篓	1个

6、机械双臂麻醉塔（麻醉科）

产品名称：双臂麻醉塔（麻醉科）

型号：YDT-XJ-1

配 置	数量、规格
终端箱体（柱式）	1个
仪器平台（高度可调）	3层
气体终端（含插座）	氧气2个
	负压吸引2个
	压缩空气2个
	氮气2个
	废气排放1个
国标电源插座（220V，10A）	8个
等电位接地端子	2个
抽屉	1个
网络接口（RJ45）	4个
不锈钢可调输液杆、注射泵组合架	1个
储物篓	1个

7、机械单臂外科塔

产品名称：单臂外科塔

型号：YDT-XJ

配 置	数量、规格
终端箱体（柱式）	1个
仪器平台（高度可调）	2层
气体终端（含插座）	氧气2个
	负压吸引2个
	压缩空气2个
	废气排放1个
国标电源插座（220V，10A）	8个
等电位接地端子	2个
抽屉	1个
网络接口，含图像传输	4个
不锈钢可调输液杆、注射泵组合架	1个
储物篓	1个

8、机械双臂外科塔（麻醉手术科）

产品名称：双臂外科塔（麻醉手术科）

型号：YDT-XJ-1

配 置	数量、规格
终端箱体（柱式）	1个
仪器平台（高度可调）	2层
气体终端（含插座）	氧气2个
	负压吸引2个
	压缩空气2个
	二氧化碳2个
国标电源插座（220V，10A）	8个
等电位接地端子	2个
抽屉	1个
网络接口，含图像传输接口	4个
不锈钢可调输液杆、注射泵组合架	1个
储物篓	1个

9、机械双臂外科塔（妇科门诊）

产品名称：双臂外科塔（妇科门诊）

型号：YDT-XJ-1

配 置	数量、规格
终端箱体（柱式）	1个
仪器平台（高度可调）	2层
气体终端（含插座）	氧气2个
	负压吸引2个
	压缩空气2个
国标电源插座（220V，10A）	8个
等电位接地端子	2个
抽屉	1个
网络接口，含图像传输接口	4个
不锈钢可调输液杆、注射泵组合架	1个
储物篓	1个

二、医疗柱

1、医疗柱（单床）（新生儿ICU）

产品名称：新生儿ICU医疗柱（单床）

型号：YDT-YZ

配 置	数量、规格
仪器平台（高度可调）	2层
气体终端（含插座）	氧气3个
	负压吸引2个
	压缩空气2个
电源插座（220V，10A）	12个
等电位接地端子	2个
网络接口（RJ45）	2个
不锈钢可调输液杆、注射泵组合架	1个
抽屉	1个

2、医疗柱（单床）(麻醉手术科苏醒预麻)

产品名称：麻醉手术科医疗柱（单床）

型号：YDT-YZ

配 置	数量、规格
仪器平台（高度可调）	2层
气体终端（含插座）	氧气2个
	负压吸引2个
	压缩空气1个
	废气排放1个
电源插座（220V，10A）	6个
等电位接地端子	2个
网络接口（RJ45）	2个
不锈钢可调输液杆、注射泵组合架	1个
抽屉	1个

3、医疗柱（双床）（新生儿ICU）

产品名称：新生儿ICU医疗柱（双床）

型号：YDT-YZ

配 置	数量、规格
仪器平台（高度可调）	4层
气体终端（含插座）	氧气4个
	负压吸引2个
	压缩空气2个
电源插座（220V，10A）	20个
等电位接地端子	2个
网络接口（RJ45）	2个
不锈钢可调输液杆、注射泵组合架	2个
抽屉	2个

三、腔镜塔

1、腔镜塔（消化内科）

产品名称：单臂腔镜塔（消化内科）

型号：YDT-QJ

配 置	数量、规格
终端箱体	1个
仪器平台（高度可调）	4层
气体终端（含插座）	氧气2个
	负压吸引2个
	压缩空气2个
	二氧化碳2个
国标电源插座（220V，10A）	8个
等电位接地端子	2个
抽屉	1个
网络接口（RJ45）	1个
视频接口	1个
不锈钢可调输液杆、注射泵组合架，带双臂延伸臂	1个
储物篮	1个
内镜挂架	1个
显示器支臂	1个

2、腔镜塔（麻醉手术科）

产品名称：单臂腔镜塔（麻醉手术科）

型号：YDT-QJ

配 置	数量、规格
终端箱体	1个
仪器平台（高度可调）	4层
气体终端（含插座）	氧气2个
	负压吸引2个
	压缩空气2个
	二氧化碳2个
	氮气2个
国标电源插座（220V，10A）	8个
等电位接地端子	2个
抽屉	1个
网络接口（RJ45）	4个
视频接口	1个
不锈钢可调输液杆、注射泵组合架，带双臂延伸臂	1个
储物篮	1个
内镜挂架	1个
显示器支臂	1个

四、干湿分离吊桥

1、干湿分离吊桥（神经外科）

产品名称：干湿分离吊桥（神经外科）

型号：YDT-02

配 置		数量、规格
干 段 塔	干段塔（左右移动距离500mm）	1个
	仪器平台（高度可调）	2层
	监护仪管线固定夹	1个
	气体终端（含插座）	氧气2个
		压缩空气2个
		负压吸引2个
	国标电源插座（220V，10A）	8个
	万用电源插座（220V，10A）	2个
	等电位接地端子	2个
	网络接口（RJ45）	2个
	抽屉	1个
	不锈钢可调输液杆、注射泵组合架，带延伸臂	1套
	储物篮	1个
湿 段 塔	湿段塔（左右移动距离500mm）	1个
	仪器平台（高度可调）	2层
	气体终端（含插座）	氧气2个
		负压吸引2个
		压缩空气2个
	国标电源插座（220V，10A）	8个
	万用电源插座（220V，10A）	2个
	等电位接地端子	2个
	网络接口（RJ45）	2个
	不锈钢可调输液杆、注射泵组合架，带延伸臂	1个
	抽屉	1个

2、干湿分离吊桥 (EICU)

产品名称: 干湿分离吊桥 (EICU)

型号: YDT-DQ

配 置		数量、规格
干 段 塔	干段塔 (左右移动距离500mm)	1个
	仪器平台 (高度可调)	2层
	监护仪管线固定夹	1个
	气体终端 (含插座)	氧气2个
		压缩空气2个
		负压吸引2个
	国标电源插座 (220V, 10A)	7个
	电源插座 (220V, 16A)	1个
	等电位接地端子	2个
	网络接口 (RJ45)	4个
	抽屉	1个
	不锈钢可调输液杆、注射泵组合架, 带延伸臂	1套
	储物篓	1个
湿 段 塔	湿段塔 (左右移动距离500mm)	1个
	仪器平台 (高度可调)	2层
	气体终端 (含插座)	氧气2个
		负压吸引2个
		压缩空气2个
	国标电源插座 (220V, 10A)	7个
	电源插座 (220V, 16A)	1个
	等电位接地端子	2个
	网络接口 (RJ45)	2个
	不锈钢可调输液杆、注射泵组合架, 带延伸臂	1个
	抽屉	1个

3、干湿分离吊桥 (ICU)

产品名称: 干湿分离吊桥 (ICU)

型号: YDT-100

配 置		数量、规格
干 段 塔	干段塔 (左右移动距离500mm)	1个
	仪器平台 (高度可调)	2层
	监护仪管线固定夹	1个
	气体终端 (含插座)	氧气2个
		压缩空气2个
		负压吸引2个
	国标电源插座 (220V, 10A)	7个
	电源插座 (220V, 16A)	1个
	等电位接地端子	2个
	网络接口 (RJ45)	4个
	抽屉	1个
	不锈钢可调输液杆、注射泵组合架, 带延伸臂	1套
	储物篮	1个
湿 段 塔	湿段塔 (左右移动距离500mm)	1个
	仪器平台 (高度可调)	2层
	气体终端 (含插座)	氧气2个
		负压吸引2个
		压缩空气2个
	国标电源插座 (220V, 10A)	7个
	电源插座 (220V, 16A)	1个
	等电位接地端子	2个
	网络接口 (RJ45)	2个
	不锈钢可调输液杆、注射泵组合架, 带延伸臂	1个
	抽屉	1个

附件2: 技术响应表

序号	《采购文件》技术要求内容	响应文件实际内容	偏离说明
1	1、医用吊塔技术参数		
2	一、总体要求:		无偏离
3	1、吊塔主体材料要求为不低于 6063 或 6005 高强度、环保铝合金,吊塔所采用的材料必须防腐,易清洗,防止发生感控风险。(提供相关证明文件)。	吊塔主体材料为 6063-T5 高强度、环保铝合金,吊塔所采用的材料防腐,易清洗,防止发生感控风险。(详见铝材防腐、抗菌检测报告)。	无偏离
4	★2、吊塔内用于传输医用气体的软管必须是医用级,提供中国“YY/T 0799-2010医用气体低压软管组件”行业标准测试认证。(提供第三方测试依据材料)。	吊塔内用于传输医用气体的软管是医用级,符合 EN ISO 5359 行业标准测试认证(详见医用吊塔检测报告第 6 页 2.4.6)。	无偏离
5	3、安全防火等级≥UL 94 V-0 级。(提供相关证明文件)	安全防火等级按 UL 94 检测为 V-0 级。(详见医用吊塔检测报告第 7 页 2.5.5)	无偏离
6	4、吊塔外壳防护等级应符合 GB/T 4208 中 IP20 的规定。(提供相关证明文件)	防护等级符合 GB/T 4208 中 IP42 的规定。(详见医用吊塔检测报告第 7 页 2.5.4)	正偏离
7	5、配置刹车制动装置,手术时设备无漂移,松开时设备能轻松移动;	配置刹车制动装置,手术时设备无漂移,松开时设备能轻松移动;	无偏离
8	6、安装预埋固定件,平缓施加荷载至 8000N.m 的试验扭矩,法兰盘水平偏角小于 0.6°。	吊塔基础架负载 18000N.m 的试验扭矩,法兰盘水平偏角小于 0.4°。(详见医用吊塔检测报告第 7 页 2.4.7)	正偏离
9	7、吊塔电源为单相 220V 电源,要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给,电源插座容量为单相 220V/10A,产品务必通过中国 CCC 认证(提供相关认证证明)。	吊塔电源为单相 220V 电源,有专用的电源接地线、相线、中线三线供给,电源插座容量为单相 220V/10A,产品通过中国 CCC 认证(详见电源插座 CCC 认证)。	无偏离
10	★8、气体终端要求:德标,均为不同颜色和不同形状,防止误操作。维修费用低廉,可保证 8 万次以上的插拔(提供第三方测试依据,盖生产企业红章)。	气体终端为德标,各种气体插座通过 CE 认证,均为不同颜色和不同形状,防止误操作。维修费用低廉,可保证 10 万次的插拔(详见气体终端 CE 认证及插拔 10 万次检测报告)。	正偏离
11	9、气电箱高度≥800mm,旋转角度≥340°,附件与气电箱连接采用导轨式连接,气电网终端应为内嵌式结构。	气电箱高度 800mm,旋转角度 346°,附件与气电箱连接采用导轨式连接,气电网终端为内嵌式结构。	无偏离
12	(1) 机械单臂麻醉塔(口腔科)		
13	一、数量: 2 套	数量: 2 套	无偏离
14	二、单台配置要求	单台配置	
15	1.单臂,负载能力≥200kg,立柱式,自转旋转角度≥340°,旋转半径 70-80cm。	单臂,负载能力 200kg,立柱式,自转旋转角度 346°,旋转半径 750mm。	无偏离

序号	《采购文件》技术要求内容	响应文件实际内容	偏离说明
16	2. 气体插座: O ₂ 插座≥2 个, Vac 插座≥2 个, AIR 插座≥2 个	气体插座: O ₂ 插座 2 个, Vac 插座 2 个, AIR 插座 2 个	无偏离
17	3. 电源插座: 10A 国标电源插座≥6 个, 等电位端子≥2 个, 网络通讯接口≥2 个。	电源插座: 10A 国标电源插座 6 个, 等电位接地端子 2 个, 网络接 2 个。	无偏离
18	4. 输液架≥1 组, 网篮≥1 个, 托盘≥2 层, 尺寸 450*400±50mm 高度可调节, 抽屉≥1 个, 托盘负载能力≥50kg。	不锈钢可调输液架 1 组, 网篮 1 个, 仪器平台 2 层, 尺寸 450*400mm, 高度可调节, 抽屉 1 个, 仪器平台负载能力 140kg。	无偏离
19	(2) 机械单臂麻醉塔 (消化内科)		
20	一、数量: 4 套	数量: 4 套	无偏离
21	二、配置要求	配置	无偏离
22	1. 单臂, 负载能力≥200kg, 立柱式, 自转旋转角度≥340 度, 旋转半径 70-80cm。	单臂, 负载能力 200kg, 立柱式, 自转旋转角度 346 度, 旋转半径 750mm。	无偏离
23	2. 气体插座: O ₂ 插座≥2 个, Vac 插座≥2 个, AIR 插座≥2 个, CO ₂ 插座≥2 个。	气体插座: O ₂ 插座 2 个, Vac 插座 2 个, AIR 插座 2 个, CO ₂ 插座 2 个。	无偏离
24	3. 电源插座: 10A 国标电源插座≥6 个, 等电位端子≥2 个, 网络通讯接口≥2 个	电源插座: 10A 国标电源插座 6 个, 等电位接地端子 2 个, 网络接口 2 个	无偏离
25	4. 输液架≥1 组, 网篮≥1 个, 托盘≥2 层, 尺寸 450*400±50mm 高度可调节, 抽屉≥1 个, 托盘负载能力≥50kg。	不锈钢可调输液架 1 组, 网篮 1 个, 仪器平台 2 层, 尺寸 450*400mm, 高度可调节, 抽屉 1 个, 仪器平台负载能力 140kg。	无偏离
26	(3) 机械双臂麻醉塔 (消化内科)		
27	一、数量: 1 套	数量: 1 套	无偏离
28	二、具体技术参数	具体技术参数	无偏离
29	1. 双臂, 负载能力≥200kg, 立柱式, 自转旋转角度≥340 度, 旋转半径≥1.4 米。	双臂, 负载能力 200kg, 立柱式, 自转旋转角度 346 度, 旋转半径 750mm*750mm。	正偏离
30	2. 气体插座: O ₂ 插座≥2 个, Vac 插座≥2 个, AIR 插座≥2 个, CO ₂ 插座≥2 个。	气体插座: O ₂ 插座 2 个, Vac 插座 2 个, AIR 插座 2 个, CO ₂ 插座 2 个。	无偏离
31	3. 电源插座: 10A 国标电源插座≥8 个, 等电位端子≥2 个, 网络通讯接口≥2 个	电源插座: 10A 国标电源插座 8 个, 等电位接地端子 2 个, 网络接口 2 个	无偏离
32	4. 输液架≥1 组, 网篮≥1 个, 托盘≥2 层, 尺寸 450*400±50mm 高度可调节, 抽屉≥1 个, 托盘负载能力≥50kg。	输液架 1 组, 网篮 1 个, 仪器平台 2 层, 尺寸 450*400mm, 高度可调节, 抽屉 1 个, 仪器平台负载能力 140kg。	无偏离
33	(4) 机械双臂麻醉塔 (超声医学科)		

序号	《采购文件》技术要求内容	响应文件实际内容	偏离说明
34	一、数量: 3 套	数量: 3 套	无偏离
35	二、具体技术参数	具体技术参数	无偏离
36	1. 双臂, 负载能力 $\geq 300\text{kg}$, 立柱设计, 自转旋转角度 $\geq 340^\circ$, 旋转半径 ≥ 1.4 米。	双臂, 负载能力 300kg , 立柱设计, 自转旋转角度 346° , 旋转半径 $750\text{mm}+750\text{mm}$ 。	正偏离
37	2. 气体插座: O_2 插座 ≥ 2 个, Vac 插座 ≥ 2 个, AIR 插座 ≥ 2 个, 麻醉废气排放 ≥ 1 个。	气体插座: O_2 插座 2 个, Vac 插座 2 个, AIR 插座 2 个, 麻醉废气排放 1 个。	无偏离
38	3. 电源插座: 10A 国标电源插座 ≥ 8 个, 等电位端子 ≥ 2 个, 网络通讯接口 ≥ 4 个	电源插座: 10A 国标电源插座 8 个, 等电位接地端子 2 个, 网络接口 4 个	无偏离
39	4. 输液架 ≥ 1 组, 网篮 ≥ 1 个, 托盘 ≥ 2 层, 尺寸 $450*400\pm 50\text{mm}$ 高度可调节, 抽屉 ≥ 1 个, 托盘负载能力 $\geq 50\text{kg}$ 。	不锈钢可调输液架 1 组, 网篮 1 个, 仪器平台 2 层, 尺寸 $450*400\text{mm}$, 高度可调节, 抽屉 1 个, 仪器平台负载能力 140kg 。	无偏离
40	(5) 机械双臂麻醉塔 (妇科门诊)		
41	一、数量: 4 套	数量: 4 套	无偏离
42	二、具体技术参数	具体技术参数	无偏离
43	1. 双臂, 负载能力 $\geq 200\text{kg}$, 立柱设计, 自转旋转角度 $\geq 340^\circ$, 旋转半径 ≥ 1.4 米。	双臂, 负载能力 200kg , 立柱设计, 自转旋转角度 346° , 旋转半径 $750\text{mm}+750\text{mm}$ 。	正偏离
44	2. 气体插座: O_2 插座 ≥ 2 个, Vac 插座 ≥ 2 个, AIR 插座 ≥ 2 个, NO_2 插座 ≥ 2 个, 废气排放 ≥ 1 个	气体插座: O_2 插座 2 个, Vac 插座 2 个, AIR 插座 2 个, NO_2 插座 2 个, 废气排放 1 个	无偏离
45	3. 电源插座: 10A 国标电源插座 ≥ 8 个, 等电位端子 ≥ 2 个, 网络通讯接口 ≥ 4 个	电源插座: 10A 国标电源插座 8 个, 等电位接地端子 2 个, 网络接口 4 个	无偏离
46	4. 输液架 ≥ 1 组, 网篮 1 个, 托盘 ≥ 2 层, 尺寸 $450*400\pm 50\text{mm}$ 高度可调节, 抽屉 ≥ 1 个, 托盘负载能力 $\geq 50\text{kg}$ 。	不锈钢可调输液架 1 组, 网篮 1 个, 仪器平台 2 层, 尺寸 $450*400\text{mm}$, 高度可调节, 抽屉 1 个, 仪器平台负载能力 140kg 。	无偏离
47	(6) 机械双臂麻醉塔 (麻醉科)	机械双臂麻醉塔 (麻醉科)	无偏离
48	一、数量: 27 套	数量: 27 套	无偏离
49	二、具体技术参数	具体技术参数	无偏离
50	1. 双臂, 负载能力 $\geq 200\text{kg}$, 立柱设计, 自转旋转角度 $\geq 340^\circ$, 旋转半径 ≥ 1.4 米。	双臂, 负载能力 200kg , 立柱设计, 自转旋转角度 346° , 旋转半径 $750\text{mm}+750\text{mm}$ 。	正偏离
51	2. 气体插座: O_2 插座 ≥ 2 个, Vac 插座 ≥ 2 个, AIR 插座 ≥ 2 个, NO_2 插座 ≥ 2 个, 废气排放 ≥ 1 个	气体插座: O_2 插座 2 个, Vac 插座 2 个, AIR 插座 2 个, NO_2 插座 2 个, 废气排放 1 个	无偏离

序号	《采购文件》技术要求内容	响应文件实际内容	偏离说明
52	3. 电源插座: 10A 国标电源插座≥8 个, 等电位端子≥2 个, 网络通讯接口≥4 个	电源插座: 10A 国标电源插座 8 个, 等电位接地端子 2 个, 网络接口 4 个	无偏离
53	4. 输液架≥1 组, 网篮≥1 个, 托盘≥3 层, 尺寸 450*400±50mm, 高度可调节, 抽屉≥1 个、托盘负载能力≥50kg。	不锈钢可调输液架 1 组, 网篮 1 个, 仪器平台 3 层, 尺寸 450*400mm, 高度可调节, 抽屉 1 个、仪器平台负载能力 140kg。	无偏离
54	(7) 机械单臂外科塔技术参数		
55	一、数量: 12 套	数量: 12 套	无偏离
56	二、具体技术参数	具体技术参数	
57	1. 负载能力≥200kg, 旋转半径 70-80cm, 旋转角度≥340 度。	负载能力 200kg, 旋转半径 750mm, 旋转角度 346 度。	正偏离
58	2. 气体插座: O2 插座≥2 个, Vac 插座≥2 个, AIR 插座≥2 个, 废气排放≥1 个。	气体插座: O2 插座 2 个, Vac 插座 2 个, AIR 插座 2 个, 废气排放 1 个。	无偏离
59	3. 电源插座: 10A 国标电源插座≥8 个, 等电位端子≥2 个, 网络接口≥4 个 (含图像传输)	电源插座: 10A 国标电源插座 8 个, 等电位接地端子 2 个, 网络接口 4 个 (含图像传输)	无偏离
60	4. 输液架≥1 组, 网篮≥1 个, 托盘≥2 层, 尺寸 450*400±50mm 高度可调节, 抽屉≥1 个、托盘负载能力≥50kg。	不锈钢可调输液架 1 组, 网篮 1 个, 仪器平台 2 层, 尺寸 450*400mm, 高度可调节, 抽屉 1 个、仪器平台负载能力 140kg。	无偏离
61	(8) 机械双臂外科塔 (麻醉手术科)		
62	一、数量: 18 套	数量: 18 套	无偏离
63	二、具体技术参数	具体技术参数	无偏离
64	1. 负载能力≥200kg, 旋转半径 70-80cm, 旋转角度≥340 度。	负载能力 200kg, 旋转半径 750mm*750mm, 旋转角度 346 度。	正偏离
65	2. 气体插座: O2 插座≥2 个, Vac 插座≥2 个, AIR 插座≥2 个, CO2≥2 个	气体插座: O2 插座 2 个, Vac 插座 2 个, AIR 插座 2 个, CO2 2 个	无偏离
66	3. 电源插座: 10A 国标电源插座≥8 个, 等电位端子≥2 个, 网络接口≥4 个 (含图像传输接口)	电源插座: 10A 国标电源插座 8 个, 等电位接地端子 2 个, 网络接口 4 个 (含图像传输接口)	无偏离
67	4. 输液架≥1 组, 网篮≥1 个, 托盘≥2 层, 尺寸 450*400±50mm 高度可调节, 抽屉≥1 个、托盘负载能力≥50kg。	输液架 1 组, 网篮 1 个, 仪器平台 2 层, 尺寸 450*400mm, 高度可调节, 抽屉 1 个、仪器平台负载能力 140kg。	无偏离
68	(9) 机械双臂外科塔 (妇科门诊)		
69	一、数量: 4 套	数量: 4 套	无偏离
70	二、具体技术参数	具体技术参数	无偏离
71	1. 负载能力≥200kg, 旋转半径≥1.4 米, 旋转	负载能力 200kg, 旋转半径, 旋转半径	正偏离

序号	《采购文件》技术要求内容	响应文件实际内容	偏离说明
	角度 ≥ 340 度。	750mm*750mm, 角度 346 度。	
72	2. 气体插座: O ₂ 插座 ≥ 2 个, Vac 插座 ≥ 2 个, AIR 插座 ≥ 2 个	气体插座: O ₂ 插座 2 个, Vac 插座 2 个, AIR 插座 2 个	无偏离
73	3. 电源插座: 10A 国标电源插座 ≥ 8 个, 等电位端子 ≥ 2 个, 网络接口 ≥ 4 个(含图像传输插口)	电源插座: 10A 国标电源插座 8 个, 等电位接地端子 2 个, 网络接口 4 个(含图像传输插口)	无偏离
74	4. 输液架 ≥ 1 组、网篮 1 个, 托盘 ≥ 2 层, 尺寸 450*400 ± 50 mm 高度可调节, 抽屉 ≥ 1 个、托盘负载能力 ≥ 50 kg。	不锈钢可调输液架 1 组、网篮 1 个, 仪器平台 2 层, 高度可调节、仪器平台负载能力 140kg。	无偏离
75	2、医疗柱		
76	(1) 医疗柱(单床)(新生儿 ICU)	医疗柱(单床)(新生儿 ICU)	无偏离
77	一、数量: 2 套	数量: 2 套	无偏离
78	二、技术参数	技术参数	无偏离
79	1. 负载能力 ≥ 200 kg。	负载能力 200kg。	无偏离
80	2. 气体插座: O ₂ 插座 ≥ 3 个, Vac 插座 ≥ 2 个, AIR 空气插座 ≥ 2 个	气体插座: O ₂ 插座 3 个, Vac 插座 2 个, AIR 空气插座 2 个	无偏离
81	3. 电源插座: 10A 电源插座 ≥ 12 个, 等电位端子 ≥ 2 个, 网络接口 ≥ 2 个	电源插座: 10A 电源插座 12 个, 等电位接地端子 2 个, 网络接口 2 个	无偏离
82	4. 输液架 1 组, 托盘 ≥ 2 层, 尺寸 450*400 ± 50 mm 高度可调节, 抽屉 ≥ 1 个、托盘负载能力 ≥ 50 kg。	不锈钢可调输液架 1 组, 仪器平台 2 层, 尺寸 450*400mm, 高度可调节, 抽屉 1 个、仪器平台负载能力 140kg。	无偏离
83	(2) 医疗柱(单床)(麻醉手术科苏醒预麻)		
84	一、数量: 38 套	数量: 38 套	无偏离
85	二、技术参数	技术参数	无偏离
86	1. 负载能力 ≥ 200 kg。	负载能力 200kg。	无偏离
87	2. 气体插座: O ₂ 插座 ≥ 2 个, Vac 插座 ≥ 2 个, AIR 插座 ≥ 1 个, 废气排放 ≥ 1 个	气体插座: O ₂ 插座 2 个, Vac 插座 2 个, AIR 插座 1 个, 废气排放 1 个	无偏离
88	3. 电源插座: 10A 电源插座 ≥ 6 个, 等电位端子 ≥ 2 个, 网络接口 ≥ 2 个	电源插座: 10A 电源插座 6 个, 等电位接地端子 2 个, 网络接口 2 个	无偏离
89	4. 输液架(每床) ≥ 1 个, 托盘 ≥ 2 层(每床), 尺寸 450*400 ± 50 mm 高度可调节, 抽屉 ≥ 1 个、托盘负载能力 ≥ 50 kg。	输液架(每床) 1 个, 仪器平台 2 层(每床), 尺寸 450*400mm 高度可调节, 抽屉 1 个、平台负载能力 140kg。	无偏离
90	(2) 医疗柱(双床)(新生儿 ICU)		
91	一、数量: 23 套	数量: 23 套	无偏离
92	二、技术参数	技术参数	无偏离

序号	《采购文件》技术要求内容	响应文件实际内容	偏离说明
93	1. 负载能力 $\geq 200\text{kg}$ 。	负载能力 200kg。	无偏离
94	2. 气体插座: O2 插座 ≥ 4 个, Vac 插座 ≥ 2 个, AIR 插座 ≥ 2 个	气体插座: O2 插座 4 个, Vac 插座 4 个, AIR 插座 2 个	无偏离
95	3. 电源插座: 10A 电源插座 ≥ 20 个, 等电位端子 ≥ 2 个, 网络接口 ≥ 2 个	电源插座: 10A 电源插座 20 个, 等电位接地端子 2 个, 网络接口 2 个	无偏离
96	4. 输液架组 (每床), 托盘 ≥ 2 层 (每床), 尺寸 $450*400\pm 10\text{mm}$ 高度可调节, 抽屉 ≥ 1 个、托盘负载能力 $\geq 50\text{kg}$ 。	不锈钢可调输液架组 1 个 (每床), 仪器平台 2 层 (每床), 尺寸 $450*400\text{mm}$, 高度可调节, 抽屉 1 个、平台负载能力 140kg。	无偏离
97	3、腔镜塔技术参数		
98	一、总体要求:	总体参数:	无偏离
99	1、吊塔主体材料要求为不低于 6063 或 6005 高强度、环保铝合金, 吊塔所采用的材料必须防腐蚀, 易清洗, 防止发生感控风险。(提供相关证明文件)。	吊塔主体材料为 6063-T5 高强度、环保铝合金, 吊塔所采用的材料防腐蚀, 易清洗, 防止发生感控风险。(详见铝材防腐蚀、抗菌检测报告)。	无偏离
100	★2、吊塔内用于传输医用气体的软管必须是医用级, 提供中国“YY/T 0799-2010 医用气体低压软管组件”行业标准测试认证 (提供第三方测试依据材料)。	吊塔内用于传输医用气体的软管是医用级, 符合 EN ISO 5359 行业标准测试认证 (详见医用吊塔检测报告第 6 页 2.4.6)。	无偏离
101	3、安全防火等级按 UL 94 检测为 V-0 级。(提供相关证明文件)	安全防火等级按 UL 94 检测为 V-0 级。(详见医用吊塔检测报告第 7 页 2.5.5)	无偏离
102	4、防护等级应符合 GB/T 4208 中 IP20 的规定。(提供相关证明文件)	防护等级符合 GB/T 4208 中 IP42 的规定。(详见医用吊塔检测报告第 7 页 2.5.4)	正偏离
103	5、配置刹车制动装置, 保证吊塔不产生漂移。吊塔承重 $\geq 300\text{kg}$ (提供相关证明文件)。	配置刹车制动装置, 保证吊塔不产生漂移。吊塔承重 300kg (详见医用吊塔检测报告第 2 页 2.2.3)。	无偏离
104	6、吊塔基础架负载 8000N.m 的试验扭矩, 法兰盘水平偏角小于 0.6° 。	吊塔基础架负载 18000N.m 的试验扭矩, 法兰盘水平偏角小于 0.4° 。(详见医用吊塔检测报告第 8 页 2.4.7)	正偏离
105	7、吊塔电源为单相 220V 电源, 要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给, 电源插座容量为单相 220V/10A, 产品务必通过中国 CCC 认证 (提供相关认证证明)。	吊塔电源为单相 220V 电源, 有专用的电源接地线、相线、中线三线供给, 电源插座容量为单相 220V/10A, 产品通过中国 CCC 认证 (详见电源插座 CCC 认证)。	无偏离
106	★8、气体终端要求: 德标, 均为不同颜色和不同形状, 防止误操作。维修费用低廉, 可保证 8 万次以上的插拔 (提供第三方测试依据, 盖生产企业红章)。	气体终端: 德标, 各种气体插座通过 CE 认证, 均为不同颜色和不同形状, 防止误操作。维修费用低廉, 可保证 10 万次的插拔 (详见气体终端 CE 认证及插拔 10 万次检测报告)。	正偏离
107	9、托盘为铝合金材质, 抽屉采用抽拉式;	仪器平台为铝合金材质, 抽屉采用抽拉式;	无偏离
108	10、终端箱采用不小于六面体设计, 终端箱长度 $\geq 800-1200\text{mm}$ 。	终端箱采用不小于六面体设计, 终端箱长度 1495mm。	无偏离

序号	《采购文件》技术要求内容	响应文件实际内容	偏离说明
109	(1) 腔镜塔（消化内科）		
110	一、数量：5套	数量：5套	无偏离
111	二、技术参数	技术参数	无偏离
112	1、气体插座：O2 插座≥2个，Vac 插座≥2个，VIR 空气插座≥2个，CO2 插座≥2个。	气体插座：O2 插座2个，Vac 插座2个，VIR 空气插座2个，CO2 插座2个。	无偏离
113	2、电源插座：10A 国标电源插座≥8个，等电位端子≥2个，网络接口≥1个	电源插座：10A 国标电源插座8个，等电位接地端子2个，网络接口1个	无偏离
114	3、设备托盘≥4层，其中一层带抽屉，托盘尺寸≥1500-600) mm* (400-450) mm，托盘负载能力≥50kg	仪器平台4层，其中一层带抽屉，尺寸600*428mm，仪器平台负载能力140kg	无偏离
115	4、输液双臂延伸臂≥1套	输液双臂延伸臂1套	无偏离
116	5、收纳网篮≥1套	收纳网篮1套	无偏离
117	6、视频接口≥1个	视频接口1个	无偏离
118	7、内镜挂架≥1个	内镜挂架1个	无偏离
119	8、显示器支臂≥1个	显示器支臂1个	无偏离
120	9、终端箱采用不小于六面体设计，终端箱长度≥800-1200mm	终端箱采用不小于六面体设计，终端箱长度1495mm	无偏离
121	(2) 腔镜塔（麻醉手术科）		
122	一、数量：17套	数量：17套	无偏离
123	二、技术参数	技术参数	无偏离
124	1、气体插座：O2 插座≥2个，Vac 插座≥2个，VIR 空气插座≥2个，CO2 插座≥2个，氮气插座≥2个	气体插座：O2 插座2个，Vac 插座2个，VIR 空气插座2个，CO2 插座2个，氮气插座2个	无偏离
125	2、电源插座：10A 国标电源插座≥8个，等电位端子≥2个，网络接口≥4个	电源插座：10A 国标电源插座8个，等电位接地端子2个，网络接口4个	无偏离
126	3、设备托盘≥4层，其中一层带抽屉，托盘尺寸≥1500-600) mm* (400-450) mm，托盘负载能力≥50kg	设备托盘4层，其中一层带抽屉，托盘尺寸600*428mm，仪器平台负载能力140kg	无偏离
127	4、输液双臂延伸臂1套	输液双臂延伸臂1套	无偏离
128	5、收纳网篮1套	收纳网篮1套	无偏离
129	6、视频接口1个	视频接口1个	无偏离
130	7、内镜挂架1个	内镜挂架1个	无偏离

序号	《采购文件》技术要求内容	实际内容	偏离说明
131	8、显示器支臂 1 个	显示器支臂 1 个	无偏离
132	9、终端箱采用不小于六面体设计，终端箱长度 $\geq 800-1200\text{mm}$ 。	终端箱采用不小于六面体设计，终端箱长度 1495mm 。	无偏离
133	4、干湿分离吊桥技术参数		
134	一、技术要求：	技术参数：	无偏离
135	1、吊塔主体材料要求为不低于 6063 或 6005 高强度、环保铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，易清洗，防止发生感控风险。（提供相关证明文件）。	吊塔主体材料 6063-T5 高强度、环保铝合金，吊塔所采用的材料防腐蚀，易清洗，防止发生感控风险。（详见铝材防腐蚀、抗菌检测报告）。	无偏离
136	★2、吊塔内用于传输医用气体的软管必须是医用级，提供中国“YY/T 0799-2010 医用气体低压软管组件”行业标准测试认证（提供第三方测试依据材料）。	吊塔内用于传输医用气体的软管是医用级，符合 EN ISO 5359 行业标准测试认证（详见医用吊桥检测报告第 6 页 2.4.6）。	无偏离
137	3、安全防火等级按 $\geq \text{UL 94 V-0}$ 级。（提供相关证明文件）	安全防火等级按 UL 94 检测为 V-0 级。（详见医用吊桥检测报告第 7 页 2.5.5）	无偏离
138	4、防护等级应符合 GB/T 4208 中 IP20 的规定。（提供相关证明文件）	防护等级符合 GB/T 4208 中 IP42 的规定。（详见医用吊桥检测报告第 7 页 2.5.4）	正偏离
139	5、配置刹车制动装置，保证设备不漂移；	配置刹车制动装置，保证设备不漂移；	无偏离
140	6、吊塔基础架负载 $8000\text{N}\cdot\text{m}$ 的试验扭矩，法兰盘水平偏角小于 0.6° 。	吊塔基础架负载 $18000\text{N}\cdot\text{m}$ 的试验扭矩，法兰盘水平偏角小于 0.4° 。（详见医用吊桥检测报告第 6 页 2.4.7）	正偏离
141	7、吊塔电源为单相 220V 电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相 220V/10A，产品务必通过中国 CCC 认证（提供相关认证证明）。	吊塔电源为单相 220V 电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相 220V/10A，产品通过中国 CCC 认证（详见电源插座 CCC 认证）。	无偏离
142	★8、气体终端要求：德标，各种气体插座务必通过 CCC 认证，均为不同颜色和不同形状，防止误操作。维修费用低廉，可保证 8 万次以上的插拔（提供第三方测试依据，盖生产企业红章）。	气体终端德标，各种气体插座通过 CE 认证，均为不同颜色和不同形状，防止误操作。维修费用低廉，可保证 10 万次的插拔（详见气体终端 CE 认证及插拔 10 万次检测报告）。	正偏离
143	9、吊塔旋转角度 ≥ 340 度，且具有良好的限位系统；吊塔承重 $\geq 300\text{kg}$ （提供相关证明文件）。	吊塔旋转角度 346 度，且具有良好的限位系统；吊塔承重 600kg （详见医用吊桥检测报告第 2 页 2.2.2-2.2.3）。	正偏离
144	10、托盘为铝合金材质，抽屉采用抽拉式；	仪器平台为铝合金材质，抽屉采用抽拉式；	无偏离
145	11、干湿区需采用独立悬吊垂直箱体结构；	干湿区采用独立悬吊垂直箱体结构；	无偏离
146	12、单床横梁长 $2000-3000\text{mm}$ （根据需方实际场地量身定做），并带有机械阻尼刹车制动装置。	单床横梁长 $2000-3000\text{mm}$ （根据需方实际场地量身定做），并带有机械阻尼刹车制动装置。	无偏离

序号	《采购文件》技术要求内容	实际内容	偏离说明
166	1.2、具备输液架和输液泵架（可调高度，延展臂式）1套	具备输液架和输液泵架（可调高度，延展臂式）1套	无偏离
167	1.3、电源插座：10A 国标电源插座≥7 个，16A 电源插座≥1 个，等电位端子≥2 个，网络接口≥4 个。	电源插座：10A 国标电源插座 7 个，16A 电源插座 1 个，2 个等电位接地端子，网络接口 4 个。	无偏离
168	1.4、气源端口：O2 插座≥2 个，Vac 插座≥2 个，Air 插座≥2 个	气源端口：O2 插座 2 个，Vac 插座 2 个，Air 插座 2 个	无偏离
169	1.5 收纳网篮 1 套；	收纳网篮 1 套；	无偏离
170	2. 湿区 1 个，湿区配置如下	湿区 1 个，配置如下	无偏离
171	2.1、≥2 层设各托盘（（500-600）mm*（400-450）mm）+≥1 层底部抽屉，托盘高度可调且能随意增加托盘，每个托盘载重≥50Kg。	二层仪器平台 600*420mm，1 层底部抽屉，高度可调且能随意增加托盘，每个平台载重 50Kg。	无偏离
172	2.2、具备输液架和输液泵架（可调高度，延展臂式）1 套	具备输液架和输液泵架（可调高度，延展臂式）1 套	无偏离
173	2.3、电源插座：10A 国标电源插座 7 个，16A 国标电源插座 1 个，等电位端子≥2 个，网络接口≥2 个。	电源插座：10A 国标电源插座 7 个，16A 国标电源插座 1 个，2 个等电位接地端子，网络接口 2 个。	无偏离
174	2.4、气源端口：O2 插座≥2 个，Vac 插座≥2 个，Air 插座≥2 个	气源端口：O2 插座 2 个，Vac 插座 2 个，Air 插座 2 个	无偏离
175	(3) 干湿分离吊桥（ICU）		
176	一、数量：26 套	数量：26 套	无偏离
177	二、配置	配置	无偏离
178	1. 干区 1 个，干区配置如下	干区 1 个，配置如下	无偏离
179	1.1、≥2 层设各托盘（（500-600）mm*（400-450）mm）+≥1 层底部抽屉，托盘高度可调且能随意增加托盘，每个托盘载重≥50Kg，监护仪管线固定夹≥1 个。	二层仪器平台 600*420mm，1 层底部抽屉，高度可调且能随意增加托盘，每个平台载重 50Kg，监护仪管线固定夹 1 个。	无偏离
180	1.2、具备输液架和输液泵架（可调高度，延展臂式）≥1 套	具备输液架和输液泵架（可调高度，延展臂式）1 套	无偏离
181	1.3、电源插座：10A 国标电源插座≥7 个，16A 国标电源插座≥1 个，等电位端子≥2 个，网络接口≥4 个。	电源插座：10A 国标电源插座 7 个，16A 国标电源插座 1 个，2 个等电位接地端子，网络接口 4 个。	无偏离
182	1.4、气源端口：O2 插座≥2 个，Vac 插座≥2 个，Air 插座≥2 个	气源端口：O2 插座 2 个，Vac 插座 2 个，Air 插座 2 个	无偏离
183	1.5 收纳网篮≥1 套；	收纳网篮 1 套；	无偏离
184	2. 湿区 1 个，湿区配置如下	湿区 1 个，配置如下	无偏离

序号	《采购文件》技术要求内容	响应文件实际内容	偏离说明
185	2.1、 ≥ 2 层设备托盘（（500-600）mm*（400-450）mm） ≥ 1 层底部抽屉，托盘高度可调且能随意增加托盘，每个托盘载重 $\geq 50\text{Kg}$ 。	二层仪器平台 600*428mm，1 层底部抽屉，高度可调且能随意增加托盘，每个仪器平台载重 50Kg。	无偏离
186	2.2、一体式输液架和输液泵架（可调高度，延展臂式） ≥ 1 套	一体式输液架和输液泵架（可调高度，延展臂式）1 套	无偏离
187	2.3、电源插座：10A 国标电源插座 ≥ 7 个，16A 国标电源插座 ≥ 1 个，等电位端子 ≥ 2 个，网络接口 ≥ 2 个。	电源插座：10A 国标电源插座 7 个，16A 国标电源插座 1 个，2 个等电位接地端子，网络接口 2 个。	无偏离
188	2.4、气源端口：O2 插座 ≥ 2 个，Vac 插座 ≥ 2 个，Air 插座 ≥ 2 个	气源端口：O2 插座 2 个，Vac 插座 2 个，Air 插座 2 个	无偏离



中标通知书

QYZC2025-0044-2号

四川捷定医疗科技有限公司：

庆阳市人民医院医用吊塔等医疗设备采购项目（二包）三次于2025年04月08日在庆阳市公共资源交易中心组织采购，经评标委员会评审，推荐你公司为中标候选人。庆阳市人民医院已确定你公司为庆阳市人民医院医用吊塔等医疗设备采购项目（二包）三次中标供应商，特此通知，请务必于本通知书发出30日内，与庆阳市人民医院签订政府采购合同。中标内容如下：





项目名称	庆阳市人民医院医用吊塔等医疗设备采购项目（二包）三次		
采购方式	公开招标		
中标范围	详见招标文件		
中标内容	1.中标供应商：四川捷定医疗科技有限公司 2.采购金额：（小写）：4669600.000000元（大写）：肆拾陆拾陆万玖仟陆佰元整		
交易中心：	采购人：	代理机构：	
 2025年04月09日	 2025年4月9日	 2025年4月9日	



附2	将中标通知书合同（PDF格式）上传至电子服务系统，中标保证金自合同（协议书）生效之日起三十个工作日内退还。

附件4: 合同会签单

庆阳市人民医院合同审核会签单

合同名称	庆阳市人民医院医用吊塔等医疗设备采购项目(二包)三次		
合同甲方	庆阳市人民医院		
合同乙方	四川捷定医疗科技有限公司		
合同编号		合同金额	4669600.00元
送审日期	2025.4.22	经办人	
合同份数	8份	合同总金额	4669600.00元
送审资料	☒ 模板合同 ☐ 公司资质证明 ☒ 中标文件 ☐ 立项依据		
预算情况	☒ 预算内 ☐ 预算内调剂		
合同会签意见			
☐ 公司资质 ☒ 技术参数 ☒ 规格型号 ☒ 售后服务 ☒ 与招标结果一致 ☒ 支付条款		承办科室负责人(签名)  2025年4月22日	
法律顾问(签名)  2025年4月22日		财务科负责人(签名)  2025年4月22日	
采购办负责人(签名)  2025年4月22日		审计科负责人(签名)  2025年4月22日	
采购办分管院长(签名)  2025年4月22日		承办科室分管院长(签名)  2025年4月22日	