

医院采购合同

甲方(买方): 永登县人民医院

乙方(卖方): 甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司

1、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利、协商一致的基础上，买方同意向卖方购买，同时卖方同意授予买方以下设备(以下设备器械均简称设备):

本合同若有详细的双方签字的配置清单，请详见附件。

2、设备的交付期 乙方在合同生效的60天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第7条规定执行。

3、设备运输、安装和验收

合同备案号:2025HTBA00023

3、1 乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、保险费等费用，装卸费由乙方承担。

3、2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在30天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3、3 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后15天内安装调试完成。

3、4 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

4、付款方式

甲方在合同签订生效后预付款 50%，定期货到安装调试正常后付 40%，质保期到后付 10%。

5、伴随服务

5、1 乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

5、2 乙方还应免费提供下列服务：

设备的现场安装和调试提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料

乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

6、质量保证及售后服务

6、1 乙方应保证所供设备是在当年(2025 年 1 月)或者供货前 3 个月内生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后 7 天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

6、2 乙方应提供保修期36月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。

6、3 报修响应时间2小时，到场时间48小时(不可抗拒力量下除外)。

6、4 保修期内一年至少做到4次维护保养，保修期满后，人工费为单次故障不高于500元，年度定期预防性维护保养次数，不少于1次。

6、5 乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以最低的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

7、索赔条款

7、1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救：

7、1、1 同意买方退货，并将全额货款偿还买方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

7、1、2 按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失，将货物贬值。

7、1、3 调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定

的规格,质量和性能,卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。

7、2 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法,延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五(0、5%)计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按7天计算,不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方有权终止合同。

7、3 乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

8、争端的解决

双方如在履行合同中发生纠纷,首先应友好协商,协商不成,双方均应向合同签订地法院起诉。

9、合同生效

9、1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

9、2 本合同一式四份,以中文书就,甲方执叁份、乙方执壹份,具有相同的法律效应。

10、合同附件 合同附件是合同的不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。

10、1 配置清单 设备的配置清单

10、2 技术标准 投标文件的技术响应 设备技术说明

11、特别约定

甲方：(盖章) 永登县人民医院



甲方法定代表人或(授权代表人)：

日期： 2025.5.8

乙方：(盖章) 甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司




乙方法定代表人或(授权代表人)：



日期： 2025年5月8号

永登县人民医院耗材清单



产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价 (万元)	配送企业
全自动生化分析仪	BS-1000M	深圳迈瑞	台	1	68.4	甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司
合计 (万元)	68.4					

全自动生化分析仪参数

1. ★检测速度：单模块生化比色分析恒速 1000 测试/小时；
2. ★配置要求：全开放加电解质 ISE 模块；
3. 去盖功能：仪器具有自动去盖功能；
4. 同时在线分析项目： ≥ 120 个，不含拓展项目；
5. 试剂位： ≥ 200 个，不含拓展位置；
6. 试剂盘：具备 24 小时 2-8℃冷藏功能；
7. 样本位： ≥ 180 个，不含拓展位置；
8. ★样本进样方式：样本架进样；
9. ★反应位： ≥ 200 个；
10. ★最小反应体积： $< 80\mu\text{L}$ ；
11. 光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16 波长；
12. 吸光度线性范围：0-3.5Abs；
13. 温控方式：固体直热，控温均匀，控温精度要求达到 $37^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ，无需添加任何耗材，需真正免维护免保养；
14. 比色杯清洗：具有清洗剂和去离子水预加热功能；
15. 比色杯：可重复使用，支持单个比色杯更换；
16. 试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换，无需停机，节省操作时间；
17. 耗材提醒：具有耗材余量不足提醒，每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒；
18. ★糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理；
19. ★系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品，试剂配套项目 ≥ 55 项，校准品 ≥ 32 项，并提供项目注册证。



质量 保 证 协 议 书

为确保医疗设备的质量，保证医疗设备的安全、有效。依照《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规，我方严格遵守各项法律法规，确保产品经销操作规程的有效性，并对所销售的医疗设备质量向你们作如下承诺：

- 1、我方所从事医疗设备销售具有医疗器械经营许可证、医疗器械产品注册证；
- 2、我方所提供的医疗设备符合质量标准，全部为合格产品；
- 3、我方所提供的医疗设备均提供规范的售后服务；
- 4、我方一旦发现产品质量问题，将及时通知你们并采取相应的召回等处理措施，以确保用户的利益和安全。
- 5、本质量保证书长期有效。

甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司

年

月

日



购销廉洁承诺书

为保证本次购销活动的廉洁性，防止发生违法违规案件和各种不良行为，我公司及所属工作人员庄严承诺如下：

一、遵守国家的法律法规，依法处理购销业务事项，保证不搞违法乱纪活动，自觉接受执法执纪部门的监督检查。

二、在购销活动中，保证不以任何形式给予、索要、收受回扣等好处费。

三、在正常业务交往中，保证不赠送、接受各种礼金、有价证券和贵重物品，不让对方报销应由个人支付的费用。

四、维护正常的医疗秩序，保证不以宴请、高消费娱乐、提供国（境）外学术活动等手段影响选择权。

以上承诺如有违反，我公司愿意接受医院处理，以及执法执纪部门的其他处理。

承诺单位：（盖章）甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司



单位负责人：（签名）



年 月 日



中标通知书

503003JH620121027

甘肃正信盛瑞项目管理咨询有限公司受永登县人民医院的委托，对永登县人民医院全自动生化分析仪采购项目 政府采购项目以公开招标方式进行采购，按照该项目招标文件规定,已于 2025年04月29日 进行了开、评标。最终确定该项目中标供应商：甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司，中标金额：陆拾捌万肆仟元整(68.4万元)。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力，一式5份，涂改无效。请采购人与中标供应商在中标通知书发出之日起30日内据此办理有关手续。

甘肃正信盛瑞项目管理咨询有限公司

2025年04月29日



兰州市公共资源交易中心
永登分中心

2025年04月29日

